

Поверка

осуществляется по документу Р 50.2.041-2004 Рекомендации по метрологии «Ареометры стеклянные. Методика поверки». При поверке применяются ареометры - рабочие эталоны 1-го разряда с диапазоном измерений 650-1840 кг/м³.