



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВИБРОБИТ»

42 7732

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ ФБУ

«Ростовский ЦСМ»

  
В.А. Романов

  
2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПП «Вибробит»

  
А.Г. Добряков

  
2015 г.



**Подсистема контроля вибрации  
дополнительного оборудования  
(СКВ ДО)**

**Методика поверки**

**ВШПА.421412.400.004 МП**

*л.р. 63697-16*

Включена в Госреестр средств измерений России под № \_\_\_\_\_

г. Ростов-на-Дону  
2015 г.



**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Операции поверки.....	5
2	Средства поверки.....	6
3	Требования безопасности.....	7
4	Условия поверки.....	7
5	Подготовка к проведению поверки.....	8
6	Проведение поверки.....	8
7	Оформление результатов поверки.....	14
Приложение А	Основные метрологические и технические характеристики аппаратуры.....	15
Приложение Б	Установка датчиков на стендах и приспособлениях.....	16

Настоящая методика поверки устанавливает методику первичной и периодических проверок подсистемы контроля вибрации дополнительного оборудования (далее — подсистема, СКВ ДО)/

Периодическая поверка производится при эксплуатации аппаратуры, в период текущего или капитального ремонта контролируемого оборудования, один раз в два года.

Допускается поверка аппаратуры непосредственно на контролируемом оборудовании.

## 1 Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	№ пункта поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	Да	Да
2 Опробование	6.2	Да	Да
3 Определение основной погрешности измерения	6.3.1 6.3.2	Да	Да
4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики	6.3.3	Да	Да

## 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

№ пункта поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	
6.2 6.3.1 6.3.3	Поверочная виброустановка: *  - вибровозбудитель  - вибропреобразователь  - усилитель заряда  - вольтметр	Образцовое средство измерений по МИ 2070-90, погрешность не более: $\pm 3\%$ , частотный диапазон: (2-1000) Гц  Коэффициент гармоник — не более 10 %, относительный коэффициент поперечного движения стола — не более 20 %  Вибропреобразователь типа 8305 «Брюль и Кьер»  Усилитель заряда типа 2635 «Брюль и Кьер»  Вольтметр переменного тока В7-78/1, кл.0,5
6.3.2	Установка поверочная тахометрическая: **	Приспособление СП50 (ВШПА.421412.164)  Генератор сигналов RIGOL DG1022, погрешность установки частоты не более: $\pm 0,01\%$
<p>* По тексту документа вместо термина «поверочная виброустановка» используется термин «вибростенд».</p> <p>** Допускается использование установки воспроизводящей вращение вала с заданной частотой в качестве альтернативы указанным средствам поверки. Контрольной поверхностью: «паз» или «шестерня». Глубина паза не менее 3 мм, ширина паза не менее 10 мм. Погрешность задания частоты вращения, не более: <math>\pm 0,5</math> об/мин.</p>		

2.2 Все используемые средства поверки должны быть исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

2.3 Работа с эталонными средствами измерений должна производиться в соответствии с их эксплуатационной документацией.

2.4 Допускается применение иных средств и вспомогательного оборудования, обеспечивающих требуемые метрологические характеристики и диапазоны измерений.

### 3 Требования безопасности

Средства поверки, а также вспомогательное оборудование, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены.

### 4 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от плюс 18 до 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление не установлено;
- напряжение питания приспособления СП50 (+24,0±0,5) В;
- мощность источника питания приспособления СП50, не менее 2 Вт;
- уровень звукового давления не более 65 дБ;
- уровни внешних электрических и магнитных полей, а также воздействие вибрации в месте установки измерительных приборов, согласующих и измерительных средств не должны превышать норм, установленных нормативными документами на них.
- заводские номера датчиков и измерительных преобразователей должны соответствовать указанным в паспорте или формуляре на канал измерения (комплект).
- поверка производится:
  - датчиков виброскорости на вибростенде, в соответствии с рисунком Б.3;
  - вихретоковых измерителей оборотов на приспособлении СП50 с генератором DG1022, в соответствии с рисунком Б.1 или на установке воспроизводящей вращение вала в соответствии с рисунком Б.2;
- базовая частота поверки датчиков вибрации согласно техническим характеристикам указанным в таблице А.1.

## 5 Подготовка к проведению поверки

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие операции:

- выдержать проверяемые узлы аппаратуры в условиях окружающей среды, указанных в п.4, не менее 1 ч, если они находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в п.4;
- соединить зажимы заземления используемых средств поверки с контуром заземления;
- средства поверки предусматривающие питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц необходимо включить и дать им прогреться в течение времени, указанного в технической документации на них.

Поверка основных параметров и метрологических характеристик проводится по истечении времени готовности аппаратуры.

## 6 Проведение поверки

Поверка проводится отдельно для каждого измерительного канала, согласно общей функциональной схеме СКВ ДО показанной на рисунке 1. Под измерительным каналом понимается набор средств СКВ ДО (рисунок 1) обеспечивающих измерение физической величины в зоне установки датчика (А) и отображение результатов измерений на дисплее АРМ оператора (F). Основными узлами измерительных каналов являются датчики (А) и цифровые измерительные преобразователи (R1...R6) установленные в шкафах виброконтрольных (С).

При проведении поверки каналов измерения СКВ ДО результирующие показания контролировать по дисплею АРМ оператора (F), при этом для качественной оценки могут быть использованы значения на цифровых индикаторах соответствующих измерительных преобразователей DT400.010 установленных в шкафах виброконтрольных (С).

При проведении операций поверки необходимо вести протокол записи результатов измерений (протокол поверки). Протокол допускается вести в произвольной форме.

### 6.1 Внешний осмотр


При проведении внешнего осмотра должны быть проверены:

- комплектность и чистота поверяемого датчика и остальных узлов СКВ ДО;
- наличие маркировки;
- отсутствие повреждений узлов СКВ ДО.

### 6.2 Опробование

Для опробования необходимо выполнить следующие операции:

- 1) Установить поверяемый датчик (А) на стенде, приспособлении.
- 2) Включить питания СКВ ДО, по истечении времени готовности аппаратуры создавая на стенде изменение параметра, опробовать работу поверяемого канала. Результаты измерения контролировать на дисплее АРМ оператора (F).



- A — Датчики вибрации IPS400.317 и частоты вращения IES400.010. Количество и тип подключаемых датчиков зависит от типа объекта контроля.
- B — Коробки соединительные КС-3 и/или КС-4. Количество и тип подключаемых коробок соединительных зависит от типа объекта контроля (одна или две коробки).
- C — Шкаф виброконтрольный - возможен один из типов: КВ-6ВО-1ЧВ, КВ-6ВО, КВ-5ВО, КВ-4ВО, КВ-3ВО в зависимости от типа объекта контроля.
- R1...R6 — Цифровые измерительные преобразователи DT400.010 установленные в шкафах виброконтрольных (C). Количество установленных преобразователей: от 3 до 6 в зависимости от типа шкафа виброконтрольного.
- D1... Dn — Комплексы виброконтрольные, состоящие из узлов А, В и С. Возможные следующие типы: КВ-6ВО-1ЧВ, КВ-6ВО, КВ-5ВО, КВ-4ВО, КВ-3ВО в зависимости от типа объекта контроля. Общее количество комплексов виброконтрольных зависит от количества объектов контроля.
- E — Штатные компоненты СКВ ДО, включающие в себя: коммутаторы ЛВС, стойки питания, стойку агрегатную и кабельные линии связи.
- F — Персональный компьютер (ПК) АРМ оператора. СКВ ДО включает в себя два АРМ оператора.

Рисунок 1

### 6.3 Определение метрологических характеристик

#### 6.3.1 Определение основной относительной погрешности измерения каналов виброскорости

- 1) Установить поверяемый датчик (А) на вибростенде.
- 2) На вибростенде установить ряд значений виброскорости на базовой частоте, соответствующий 2,0; 12,5; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерения (верхней границы диапазона измерения), а по цифровому значению на дисплее АРМ оператора (F) контролировать значения измеряемого параметра.
- 3) Определить основную относительную погрешность измерения по формуле:

$$\delta_{ip} = \frac{V_p - V_i}{V_i} \cdot 100\% \quad (1)$$

где  $V_p$  – значение виброскорости по цифровому значению на дисплее АРМ оператора, мм/с;

$V_i$  – значение виброскорости по вибростенду, мм/с;

- 4) Определить границы основной относительной погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95 по формуле:

$$\delta_{pG} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_{ЭТ}^2 + \delta_{ipMax}^2}, \% \quad (2)$$

где  $\delta_{ЭТ}$  – доверительная погрешность вибростенду;


$\delta_{ipMax}$  – максимальное значение основной относительной погрешности измерения рассчитанной по формуле (1) для ряда значений уровня вибрации указанных в пункте 2.

Границы погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать значений, указанных в таблице А.1.

## 6.3.2 Определение основной погрешности измерения канала частоты вращения

## 6.3.2.1 Определение основной погрешности измерения с помощью приспособления СП50

- 1) Собрать электрическую схему подключения приспособления СП50 в соответствии с рисунком 2.



S — приспособление СП50 (ВШПА.421412.164);  
 P — стабилизированный источник питания +24 В;  
 G — генератор сигналов.

Рисунок 2

- 2) На выходе генератора установить сигнал с амплитудой прямоугольных импульсов +2 В («меандр») и частотой равной 12,5 % диапазона измерения. Частота генератора определяется по

формуле:

$$F_{Гц} = \frac{F_{об}}{60}, \text{ Гц} \quad (3)$$

где  $F_{Гц}$  — значение частоты генератора, Гц;

$F_{об}$  — значение частоты вращения ротора, об/мин;

- 3) Датчик (А) установить в приспособление СП50, в соответствии с рисунком Б.1, и перемещая его вдоль оси добиться устойчивых показаний на дисплее АРМ оператора (F). Допускается контролировать показания на цифровом индикаторе соответствующего измерительного преобразователя DT400.010 установленного в шкафу виброконтрольном (С).

Закрепить датчик стопорным винтом. Показание на дисплее АРМ оператора (или цифрового индикатора преобразователя) должно совпадать с частотой генератора в пересчете на об/мин, согласно формуле (3).

- 4) На генераторе установить ряд значений частот колебаний соответствующий 2,0; 12,5; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерения, а на дисплее АРМ оператора контролировать значения измеряемого параметра. Значения частоты для установки на генераторе определяется по формуле (3).

- 5) Определить основную абсолютную погрешность измерения частоты вращения по формуле:

$$\delta_{ip} = F_p - F_i \cdot 60, \text{ об/мин} \quad (4)$$

где  $F_p$  — значение частоты по дисплею АРМ оператора, об/мин;

$F_i$  — значение частоты по генератору, Гц;

- 6) Определить пределы основной абсолютной погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95 по формуле:

$$\delta_{pG} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_{ЭТ}^2 + \delta_{ipMax}^2}, \text{ об/мин} \quad (5)$$

где  $\delta_{ЭТ}$  — доверительная погрешность установки частоты генератора.

$\delta_{ipMax}$  — максимальное значение основной абсолютной погрешности измерения рассчитанной по формуле (4) для ряда значений частот генератора указанных в пункте 4.

Пределы погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать значений, указанных в таблице А.2.

### 6.3.2.2 Определение основной погрешности измерения с помощью тахометрической установки

Определение основной абсолютной погрешности измерений частоты вращения производится методом непосредственного сличения с помощью поверочной тахометрической установки

- 1) Закрепить датчик (А) в тахометрической установке, относительно контрольной поверхности вала с рабочим зазором 1 мм.
- 2) На тахометрической установке задать ряд значений частот вращения соответствующий 2,0; 12,5; 25; 50; 75; 100 % диапазона измерения, а на дисплее АРМ оператора контролировать значения измеряемого параметра.
- 3) Определить основную абсолютную погрешность измерения частоты вращения по формуле:

$$\delta_{ip} = F_p - F_i, \text{ об/мин} \quad (6)$$

где  $F_p$  – значение частоты по дисплею АРМ оператора, об/мин;

$F_i$  – значение частоты по тахометрической установке, об/мин;

В случае если погрешности задания частоты вращения поверочной тахометрической установки более 0,5 об/мин то необходимо к импульсному выходу установки подключить частотомер в соответствии с эксплуатационной документацией на используемую тахометрическую установку. В этом случае основная абсолютная погрешность измерения частоты вращения определяется по формуле:

$$\delta_{ip} = F_p - \frac{F_h \cdot 60}{n}, \text{ об/мин} \quad (7)$$

где  $F_h$  – значение частоты по частотомеру, Гц;

$n$  – количество зубьев шестерни тахометрической установки (согласно эксплуатационной документацией на используемую тахометрическую установку);

- 4) Определить пределы основной абсолютной погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95 по формуле:

$$\delta_{pG} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_{\text{ЭГ}}^2 + \delta_{ipMax}^2}, \text{ об/мин} \quad (8)$$

где  $\delta_{\text{ЭГ}}$  – доверительная погрешность задания частоты вращения поверочной тахометрической установки. В случае подключения к импульсному выходу тахометрической установки частотомера величина  $\delta_{\text{ЭГ}}$  является доверительной погрешностью измерения частотомера.

$\delta_{ipMax}$  – максимальное значение основной абсолютной погрешности измерения рассчитанной по формуле (7) или (8) для ряда значений частот указанных в пункте 2.

- 5) Пределы погрешности измерения при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать значений, указанных в таблице А.2.

## 6.3.3 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики каналов виброскорости

- 1) Установить поверяемый датчик (А) на вибростенде.
- 2) Воспроизвести колебания на вибростенде с частотой и СКЗ в соответствии с таблицей 3. По дисплею АРМ оператора контролировать значения измеряемого параметра и занести их в таблицу 3.

Таблица 3

Частота колебаний вибростенда, Гц **	2	3,15	5	10	20	40	80	160	315	500	630	800	1000
Значение СКЗ виброскорости по вибростенду, мм/с *	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Значение СКЗ виброскорости - по дисплею АРМ оператора, мм/с													
* Допускается установка других значений в зависимости от технических характеристик вибростенда. ** Значения частот колебаний вибростенда выбираются исходя из диапазона частот измерения (в зависимости от типа объекта контроля).													

- 3) Неравномерность АЧХ определяется по формуле (9),

$$\delta_{\text{пф}} = \frac{V_i - V_6}{V_6} \cdot 100\% \quad (9)$$

где  $V_i$  - значение виброскорости по дисплею АРМ оператора ;

$V_6$  - значение виброскорости по дисплею АРМ оператора на базовой частоте.

В случае, если вибростенд не обеспечивает задание амплитуды виброскорости на высоких или низких частотах, допускается задавать другие значения, а расчет значения параметра по дисплею АРМ оператора выполнять по формуле (10):

$$V_{iR} = \frac{V_{e6}}{V_{ef}} \cdot V_i, \text{ мм/с} \quad (10)$$

где  $V_{iR}$  - расчетное значения параметра по дисплею АРМ оператора;

$V_{e6}$  - значение СКЗ виброскорости по стенду на базовой частоте;

$V_{ef}$  - значение СКЗ виброскорости по стенду на текущей частоте.

Максимальное значение неравномерности амплитудно-частотной характеристики не должно превышать значений, указанных в таблице А.1.

## **7 Оформление результатов поверки**

- 7.1 Узлы аппаратуры прошедшие поверку с положительными результатами, признают годным к эксплуатации.
- 7.2 Положительные результаты поверки заносятся в паспорт или формуляр и оформляются свидетельством о поверке.

Приложение А  
(обязательное)

Основные метрологические и технические характеристики аппаратуры


Таблица А.1 - Канал измерения виброскорости с пьезоэлектрическими датчиками

Наименование параметра	Норма
Диапазоны измерения и сигнализации СКЗ виброскорости (V) (от и до включ.), мм/с: <sup>1)</sup>	0,4 – 20,0
Диапазон частот измерения, Гц: - СКЗ виброскорости	2 – 1000 10 – 1000
Границы допускаемой основной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости при доверительной вероятности 0,95 на базовой частоте, %: - по дисплею АРМ оператора	± 6,0
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в диапазонах частот, %: - (2 – 5) Гц; (10 – 20) Гц - (5 – 500) Гц; (20 – 500) Гц - (500 – 1000) Гц	+6,0; -10,0;
	± 6,0
	+6,0; -10,0;
Базовая частота измерений, Гц	80
<sup>1)</sup> Диапазон измерения с нормированными метрологическими характеристиками. Фактический диапазон измерения от 0,1 мм/с.	

Таблица А.2 - Канал измерения частоты вращения ротора

Наименование параметра	Норма
Диапазоны измерения частоты вращения ротора, об/мин	1 – 4000
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты вращения ротора в диапазоне температур при доверительной вероятности 0,95, не более, об/мин:	±1,0

Приложение Б  
(обязательное)  
Установка датчиков на стендах и приспособлениях



- 1 – Приспособление СП50;  
2 – Датчик;  
3 – Стопорный винт.

Рисунок Б.1 – Установка датчика IES400.010 в приспособлении СП50





Рисунок Б.2 – Установка датчика IES400.010 в тахометрической установке  
(контрольная поверхность типа «Паз»)



- 1 – Датчик;
- 2 – Вибропреобразователь типа 8305 «Брюль и Кьер»;
- 3 – Вибростенд.

Рисунок Б.3 – Установка пьезоэлектрических датчиков IPS400.317 на вибростенде