

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора  
ФГУП «ВНИИМС»



В.Н. Яншин

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
ФГБУ «НПО «Тайфун» -  
Главный инженер ЦКБ ГМП



С.А. Сарычев

2016 г.

**КОМПЛЕКС АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  
АМК-14**

Методика поверки

Лист утверждения

ИЛАН. 416318.011 Д28 -ЛУ

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора  
ФГБУ «ВНИИСХМ»



В.А. Долгий-Трач

Главный конструктор проекта

Солонин Б.В. Соловьевников

Разработчик,  
ведущий конструктор

Ободовская Я.Ю. Ободовская

## Содержание

1 Операции поверки .....	4
2 Средства поверки .....	4
3 Требования безопасности. Требования к квалификации поверителей .....	5
4 Условия поверки. Подготовка к поверке .....	6
5 Проведение поверки.....	6
6 Оформление результатов поверки .....	12
Приложение А (обязательное) Основные метрологические характеристики комплекса АМК-14 .....	13
Приложение Б (обязательное) Подготовка образца почвы и методика проведения измерений влажности почвы.....	12

Настоящая методика поверки распространяется на комплексы агрометеорологические АМК-14 ИЛАН.416318.011 ТУ (далее – комплекс АМК-14) при выпуске из производства и ремонта (первичная поверка) и в процессе эксплуатации или хранения (периодическая поверка) и устанавливает требования к методам и средствам поверки.

Рекомендуемый межповерочный интервал – 1 год.

Комплексы имеют два исполнения :

- АМК-14-1 - стационарный;
- АМК-14-2 – мобильный.

Комплекс АМК-14-1 обеспечивает автоматические измерения агрометеорологических и метеорологических параметров (температуры и влажности почвы на нескольких горизонтах, температуры и относительной влажности воздуха, количества жидких осадков) на наблюдательных участках агрометеорологической сети.

Комплекс АМК-14-2 обеспечивает оперативное измерение температуры и влажности почвы в полевых условиях.

Основные метрологические характеристики комплекса АМК-14 приведены в Приложении А.

## 1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки комплекса АМК-14 должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

<b>Наименование операции</b>	<b>Номер пункта методики</b>	<b>Проведение операции при</b>	
		<b>первичной поверке</b>	<b>периодической поверке</b>
1 Внешний осмотр	5.1	Да	Да
2 Опробование	5.2	Да	Да
3 Определение метрологических характеристик каналов измерений: - влажности почвы; - температуры почвы; - температуры воздуха; - относительной влажности воздуха; - количества жидких осадков	5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5	Да	Да

1.2 При получении отрицательных результатов любой из операций, указанных в таблице 1, комплекс АМК-14 признается непригодным к эксплуатации.

1.3 Первичную поверку комплекса АМК-14 (при выпуске из производства) совмещают с приемо-сдаточными испытаниями, если ее выполняют в аккредитованной на право проведения поверки лаборатории предприятия-изготовителя.

## 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки комплекса АМК-14 должны быть применены средства поверки, испытательное и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 2.

2.2 Все средства поверки должны иметь необходимую эксплуатационную документацию. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке, испытательное оборудование должно иметь действующие аттестаты.

2.3 Допускается применение других средств поверки утвержденных типов, обеспечивающих определение метрологических характеристик комплекса АМК-14 с требуемой точностью.

Таблица 2

Номер пункта, подпункта методики	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
5.2, 5.3	Персональный компьютер (ПК) Блок сопряжения, диск с программой <b>AMK14SERV</b> (из комплекта ЗИП комплекса)
5.3.1 5.3.3	Электронный термометр ЛТ-300 Госреестр №45379-10, погрешность $\pm 0,05$ °C в диапазоне температур от минус 40 °C до плюс 50 °C Термостат пассивный жидкостный с перемешиванием, рабочий объем 3 л Климатическая камера холода, тепла и влажности ЗИКО КХТВ-240, диапазон воспроизводимых температур от минус 70 °C до плюс 90 °C Спирт технический ГОСТ 17299-78 3 л
5.3.2	Кольцо-пробоотборник режущее типа ПГ-400 с крышками ГОСТ 5180-84 (диаметр 80 мм, высота 80 мм) ОСО состава почвы («чернозем САЧлбП-01», «дерново-подзолистая САДГП-08» или других видов ) 2 кг Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,1-1 ГОСТ 166-89 Весы неавтоматического действия лабораторные ГОСТ Р 53228-2008 2 класса, цена деления 0,01 г Эксикатор 2 -190 ГОСТ 25336-82 Сушильный шкаф СНОЛ 24/200 ТУ 16.681.03-84, температура в рабочем пространстве до 200 °C Дистиллированная вода ГОСТ 6709-72 2 л Бумага фильтровальная лабораторная ФС-III ГОСТ 12026-76
5.3.4	Термогигрометр ИВА-6Б Госреестр 13561-05, основная погрешность не более $\pm 2$ % в диапазоне измеряемой относительной влажности воздуха от 0 до 98 % Гигростат полуавтоматический ПО-34М, диапазон изменений относительной влажности воздуха от 10 до 100 %
5.3.5	Цилиндр 1-100-2 ГОСТ 1770-74, емкость 100 мл Капельница 3-50 ГОСТ 25336-82

### 3 Требования безопасности. Требования к квалификации поверителей

3.1 При проведении поверки необходимо руководствоваться общими правилами техники безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды и указаниями по технике безопасности, содержащимися в эксплуатационной документации на комплекс АМК-14 и средства поверки.

3.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования:

- ГОСТ 12.3.019-80 "Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности";

- "Правил техники безопасности при поверке и ремонте гидрометеорологических приборов и установок" – Гидрометеоиздат, М.,1971.

3.3 К проведению поверки допускаются лица, имеющие удостоверение поверителя и изучившие:

- настоящую методику;
- руководство по эксплуатации ИЛАН.416318.011РЭ;

- ГОСТ Р 53764-2009 «Качество почвы. Определение содержания почвенной влаги в виде объемной доли с применением трубок для отбора пробы грунта. Гравиметрический метод».

3.4 Процесс проведения поверки комплекса АМК-14 не относится к вредным или особо вредным условиям труда.

#### **4 Условия поверки. Подготовка к поверке**

4.1 При проведении поверки комплекса АМК-14 должны быть соблюдены следующие нормальные условия измерений по ГОСТ 8.395-80:

- температура окружающего воздуха, °С (20±5);
- относительная влажность, % от 45 до 80;
- атмосферное давление, гПа от 870 до 1070.

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- подготовить к работе средства поверки и поверяемый комплекс АМК-14 в соответствии с требованиями эксплуатационных документов на них;
- выдержать поверяемый комплекс АМК-14 в нерабочем состоянии не менее двух часов в условиях, указанных в 4.1.

#### **5 Проведение поверки**

##### **5.1 Внешний осмотр**

5.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие предъявленного на поверку комплекса АМК-14 следующим требованиям:

- наличие эксплуатационной документации и свидетельства о предыдущей поверке;

- соответствие комплектности требованиям руководства по эксплуатации ИЛАН.416318.011РЭ;
- наличие маркировки составных частей;
- отсутствие видимых механических повреждений и загрязнений датчиков, влияющих на работоспособность и метрологические характеристики.

5.1.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если комплекс АМК-14 соответствует требованиям, приведенным в 5.1.1.

## **5.2 Опробование**

5.2.1 Установить в персональный компьютер (ПК) диск с программой **AMK14Serv** из комплекта ЗИП. Подключить датчики к блоку БУ (БР) в соответствии с маркировкой. Подключить блок БУ к ПК через блок сопряжения БС из комплекта ЗИП. Провести опробование комплекса АМК-14 согласно 2.2.2 ИЛАН.416318.011РЭ.

5.2.2 Результаты опробования считать положительными, если комплекс АМК-14 соответствует требованиям, приведенным в ИЛАН.416318.011РЭ.

## **5.3 Определение метрологических характеристик**

5.3.1 **Определение метрологических характеристик каналов измерений температуры почвы** проводить методом сличения показаний комплекса с показаниями эталонного термометра в контрольных точках:

- минус ( $40^{+2}$ ); ( $0\pm2$ ); плюс ( $20\pm2$ ); плюс ( $50_{-2}$ ) °C при первичной поверке;
- ( $0\pm2$ ); плюс ( $40\pm2$ ) °C при периодической поверке.

Выполнять отсчет показаний, если в течение 5 мин значение температуры эталонного термометра изменяется не более, чем на 0,05 °C/мин. За результат измерений принимать среднее арифметическое значение из 3-х отсчетов.

5.3.1.1 Разместить пассивный жидкостный термостат с перемешиванием в климатической камере. Термостат заполнить техническим спиртом (для отрицательных температур) или водой.

5.3.1.2 Датчики температуры почвы ДТП и эталонный термометр разместить в термостате так, чтобы их чувствительные элементы находились на одном уровне. Установить температуру контрольной точки, выдержать при заданной температуре в течение 30 мин.

Выполнить в каждой точке отсчеты показаний комплекса (по каждому измерительному каналу) и эталонного термометра.

5.3.1.3 Для каждого измерительного канала рассчитать погрешность  $\Delta_{t\Pi}$  в контрольных точках по формуле:

$$\Delta_{t\Pi} = | t_{\Pi} - t_{\text{э}} | \quad (1)$$

где  $t_{\Pi}$  - значение температуры по показаниям комплекса,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$t_{\text{э}}$  - значение температуры по эталонному термометру,  $^{\circ}\text{C}$ .

5.3.1.4 Результаты поверки считают положительными, если максимальное значение погрешности  $\Delta_{t\Pi_{\max}}$  для каждого измерительного канала соответствует условию:

$$\Delta_{t\Pi_{\max}} \leq 0,8 \Delta_{t\Pi} \text{ при первичной поверке,}$$

$$\Delta_{t\Pi_{\max}} \leq \Delta_{t\Pi} \text{ при периодической поверке,}$$

где  $\Delta_{t\Pi}$  – предел допускаемой погрешности канала измерений температуры почвы.

**5.3.2 Определение метрологических характеристик каналов измерений влажности почвы** проводить методом сличения значений объемной влажности образцов почвы по показаниям комплекса с эталонными значениями влажности, полученными гравиметрическим методом согласно ГОСТ Р 53764-2009, проводить в контрольных точках влажности почвы, соответствующих границам и средней точке диапазона измерений. При индивидуальной градуировке на конкретный вид почвы использовать ОСО состава почвы заданного вида, указанного в разделе 8 ИЛАН.416318.011 РЭ, при этом верхней границей диапазона считать влажность почвы в состоянии капиллярного насыщения.

5.3.2.1 Подготовить образцы почвы с объемной влажностью, соответствующей контрольным точкам. Порядок подготовки образца почвы и методика проведения измерений приведены в Приложении Б.

5.3.2.2 В каждой контрольной точке по каждому измерительному каналу выполнить отсчет показаний комплекса. За результат измерений принимать среднее арифметическое значение из 3-х отсчетов.

5.3.2.3 Определить значение объемной эталонной влажности  $\theta$ , в каждом из образцов почвы по методике, приведенной Приложении Б.

5.3.2.4 Для каждого измерительного канала рассчитать погрешность  $\Delta_\theta$  в каждой контрольной точке по формуле:

$$\Delta_\theta = |\theta - \theta_3| \quad (2)$$

где  $\theta$  - значение влажности почвы по показаниям комплекса.

5.3.2.5 Результаты поверки считают положительными, если максимальное значение погрешности  $\Delta_{\theta_{\max}}$  для каждого измерительного канала соответствует условию:

$$\Delta_{\theta_{\max}} \leq 0,8 \Delta_{\theta_D} \text{ при первичной поверке,}$$

$$\Delta_{\theta_{\max}} \leq \Delta_{\theta_D} \text{ при периодической поверке,}$$

где  $\Delta_{\theta_D}$  - предел допускаемой погрешности канала измерений влажности почвы.

**5.3.3 Определение метрологических характеристик канала измерений температуры воздуха** проводить сличением с показаниями эталонного термометра в контрольных точках минус  $(40^{+2})$ ;  $(0 \pm 2)$ ; плюс  $(20 \pm 2)$ ; плюс  $(50_{-2})$  °C при первичной поверке и  $(0 \pm 2)$ ; плюс  $(40 \pm 2)$  °C при периодической поверке.

5.3.3.1 Разместить датчик температуры и влажности воздуха ДТВВ и эталонный термометр в климатической камере. Установить в климатической камере температуру контрольной точки, выдержать не менее 30 мин. Выполнять отсчет показаний, если в течение 5 мин значение температуры эталонного термометра изменяется не более, чем на 0,1 °C/мин. За результат измерений принимать среднее арифметическое значение из пяти отсчетов.

5.3.3.2 Выполнить в каждой точке отсчет показаний комплекса и эталонного термометра.

5.3.3.3 Для каждой контрольной точки рассчитать погрешность  $\Delta_{tB}$  по формуле:

$$\Delta_{tB} = |t_B - t_3| \quad (3)$$

где  $t_B$  - значение температуры воздуха по показаниям комплекса, °C;

$t_3$  - значение температуры по эталонному термометру, °C.

5.3.3.4 Результаты поверки считают положительными, если максимальное значение погрешности  $\Delta_{tB_{\max}}$  соответствует условию:

$$\Delta_{tB_{\max}} \leq 0,8 \Delta_{tB_D} \text{ при первичной поверке,}$$

$$\Delta_{tB_{\max}} \leq \Delta_{tB_D} \text{ при периодической поверке,}$$

где  $\Delta_{\text{твд}}$  – предел допускаемой погрешности канала измерений температуры воздуха.

**5.3.4 Определение метрологических характеристик канала измерений относительной влажности воздуха** проводить сличением с показаниями эталонного измерителя влажности в контрольных точках диапазона  $(10 \pm 3)$ ;  $(35 \pm 3)$ ;  $(70 \pm 3)$ ;  $(95 \pm 3)$  % при первичной поверке и  $(10 \pm 3)$ ;  $(35 \pm 3)$ ;  $(95 \pm 3)$  % при периодической поверке.

**5.3.4.1** Разместить датчик ДТВВ в камере гигростата. Установить в камере относительную влажность воздуха, соответствующую контрольной точке и выдержать не менее 30 мин. Убедиться в стабильности заданного режима влажности по показаниям эталонного прибора.

**5.3.4.2** Выполнить отсчет показаний комплекса и эталонного прибора. За результат измерений принимать среднее арифметическое значение из 3-х отсчетов.

**5.3.4.3** Для каждой контрольной точки рассчитать погрешность  $\Delta_R$  по формуле:

$$\Delta_R = |R - R_\varnothing| \quad (4)$$

где  $R$  – значение относительной влажности воздуха по показаниям комплекса, %;

$R_\varnothing$  – значение относительной влажности воздуха по эталонному прибору, %.

**5.3.4.4** Результаты поверки считают положительными, если максимальное значение погрешности  $\Delta_{R \max}$  соответствует условию:

$$\Delta_{R \max} \leq 0,8 \Delta_{R \text{Д}} \text{ при первичной поверке,}$$

$$\Delta_{R \max} \leq \Delta_{R \text{Д}} \text{ при периодической поверке,}$$

где  $\Delta_{R \text{Д}}$  – предел допускаемой погрешности канала измерений относительной влажности воздуха.

**5.3.4.5** При периодической поверке контроль погрешности канала измерений относительной влажности воздуха допускается проводить с использованием солевого гигростата в точках 11,3; 33,1 и 97,6 % в соответствии с МИ 2784-2003 «Рекомендация. ГСИ. Станции автоматизированные метеорологические АМС-2000. Методика поверки».

**5.3.5 Определение метрологических характеристик канала измерений количества жидких осадков** проводить в контрольных точках диапазона 1,  $(10 \pm 1)$ ,  $(25 \pm 1)$ ,  $(40 \pm 1)$  мм при первичной поверке и  $(10 \pm 1)$ ,  $(25 \pm 1)$ ,  $(40 \pm 1)$  мм при периодической поверке.

5.3.5.1 Измерить с помощью штангенциркуля в нескольких направлениях диаметр собирающей емкости датчика ДЖО, рассчитать среднее значение диаметра D (см).

Рассчитать площадь собирающей поверхности S, см<sup>2</sup>, по формуле:

$$S = 3,14 \cdot D^2 / 4 \quad (5)$$

Объем воды V, мл, соответствующий количеству осадков X<sub>э</sub>, мм, рассчитать по формуле:

$$V = S \cdot 0,1X \quad (6)$$

5.3.5.2 Определить объем воды, соответствующий X<sub>э</sub> = 1 мм. Отмерить объем воды цилиндром и с помощью разбрзгивателя (капельницы) вылить в собирающую емкость датчика ДЖО. Зафиксировать показания комплекса. Выполнить операции 3 раза, за результат измерений принять среднее среднее арифметическое значение из 3-х отсчетов.

5.3.5.3. Выполнить новый цикл измерений аналогично 5.3.5.2 для остальных контрольных точек.

5.3.5.4 Для каждой контрольной точки рассчитать погрешность Δ<sub>X</sub> по формуле:

$$\Delta_X = |X - X_{\text{э}}| \quad (7),$$

где X – значение количества осадков по показаниям комплекса, мм;

X<sub>э</sub> – контрольное значение количества осадков.

5.3.5.4 Результаты поверки считают положительными, если максимальное значение погрешности Δ<sub>X max</sub> соответствует условию:

$$\Delta_{X \text{ max}} \leq 0,8 \Delta_{x \text{д}} \quad \text{при первичной поверке},$$

$$\Delta_{X \text{max}} \leq \Delta_{x \text{д}} \quad \text{при периодической поверке},$$

где Δ<sub>xд</sub> – предел допускаемой погрешности канала измерений количества жидких осадков.

5.4 Допускается проводить периодическую поверку на месте эксплуатации в соответствии с методикой, приведенной в МИ 2713-2008 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные метеорологические измерительные. Методика поверки» и ГОСТ Р 53764-2009 «Качество почвы. Определение содержания почвенной влаги в виде объемной доли с применением трубок для отбора пробы грунта. Гравиметрический метод».

## **6 Оформление результатов поверки**

6.1 При положительных результатах поверки комплекс признается пригодным к применению, на него выдается «Свидетельство о поверке» в соответствии с ПР 50.2.006-94.

В руководстве по эксплуатации ИЛАН.416318.011РЭ делают запись "Годен" с указанием даты поверки, даты следующей поверки, удостоверенными подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.

6.2 При отрицательных результатах периодической поверки «Свидетельство о поверке» аннулируют и выдают «Извещение о непригодности» к эксплуатации с указанием причин непригодности, в руководстве по эксплуатации ИЛАН.416318.011 РЭ делают соответствующую запись.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(обязательное)**

**Основные метрологические характеристики  
комплекса АМК-14**

Измеряемый параметр	Основные метрологические характеристики	
	диапазон измерений	пределы допускаемой погрешности измерений
Температура почвы, °С	От минус 40 до плюс 50	± 0,2
Влажность почвы, % объёмные	От 0 до 50	±3 * (±5)
Температура воздуха, °С	От минус 40 до плюс 50	± 0,2
Относительная влажность воздуха, %	От 10 до 98	± 5
Количество жидких осадков X, мм (за 30 мин)	От 1 до 40	± (0,5 + 0,05X)

\* Примечание – при индивидуальной градуировке датчиков на конкретный вид почвы

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(обязательное)**

**Подготовка образца почвы и методика проведения измерений объемной влажности почвы**

Б1 Подготовку образцов почвы с влажностью, соответствующей объемной влажности контрольных точек, выполнить следующим образом.

Б1.1 Измерить штангенциркулем внутренний диаметр и высоту кольца-пробоотборника с погрешностью не более 0,1 мм. По результатам измерений вычислить объем кольца  $V$  с точностью 0,1 см<sup>3</sup>.

Б1.2 Для подготовки образца почвы с влажностью ( $0^{+5}$ ) % использовать ОСО почвы в состоянии естественной гигроскопической влажности (воздушно-сухой). Кольцо-пробоотборник закрыть глухой нижней крышкой. Заполнить кольцо-пробоотборник почвой, уплотняя ее постукиванием по кольцу. Зачистить поверхность почвы вровень с краями кольца, излишки почвы удалить.


Б1.3 Для подготовки образца почвы с влажностью, соответствующей верхнему пределу диапазона измерений, использовать ОСО почвы, приведенной в состояние капиллярного насыщения.

Из фильтровальной бумаги вырезать круг диаметром, равным внутреннему размеру крышки кольца, и закрыть им крышку с отверстиями. Кольцо-пробоотборник закрыть снизу подготовленной крышкой с отверстиями. Заполнить кольцо-пробоотборник почвой, слегка уплотняя ее постукиванием по кольцу. Установить подготовленный образец в ванночку, в ванночку налить дистиллиированную воду на уровень 15-20 мм для обеспечения естественного насыщения почвы. По мере впитывания воды её следует доливать, выдерживая уровень воды в ванночке не более 5 мм. Насыщение продолжать в течение 24 ч. Кольцо с крышкой вынуть из ванночки, вытереть от капель влаги снизу и разместить на 3–5 минут на листе фильтровальной бумаги для стекания излишней влаги. Зачистить поверхность почвы вровень с краями кольца, излишки почвы удалить.

Б1.4 Для образца почвы с влажностью, соответствующей средней точке диапазона, подготовить образец почвы согласно В1.3. Не зачищая поверхность почвы, подсушить образец в течение 1 – 3 ч. Образец извлечь из сушильного шкафа и охладить до температуры  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ . Для выравнивания влажности по объему образца после подсушивания образец поместить во влагонепроницаемую оболочку из полиэтиленовой пленки и выдержать 2 суток. Пакет снять, зачистить поверхность почвы вровень с краями кольца.

Б2 Измерения объемной влажности проводить следующим образом.

Б2.2 Подготовить контрольный образец почвы согласно методике, приведенной в Б1. Датчик ДВП разместить в геометрическом центре поверхности почвы, **не уплотняя ее**, согласно рисунку:



Выполнить измерения влажности почвы согласно 5.3.2.

Б3 Определить объемную долю почвенной влаги гравиметрическим методом по ГОСТ Р 53764-2009 следующим образом.

Б3.1 Определить массу кольца с влажной почвой и крышкой ( $m_{овл}$ ).

Б3.2 Образец почвы поместить в сушильный шкаф, высушить при температуре 105 °C в течение 16 ч, извлечь, поместить в эксикатор с осушителем для охлаждения до температуры помещения. Определить массу кольца с подсушеннной почвой и крышкой ( $m_{осух}$ ).

Б3.3 Последующие высушивания проводить в течение 4 ч. Операции высушивания и взвешивания повторять, пока относительное изменение массы  $m_{осух}$  станет меньше 0,1%.

Б3.4 Рассчитать объемную долю влаги  $\theta_{\text{э}}$  по формуле:

$$\theta_{\text{э}} = [ (m_{овл} - m_{осух}) / (\rho_{\text{в}} \cdot V) ] \cdot 100\%, \quad (Б2)$$

где  $m_{овл}$ ,  $m_{осух}$  - масса, кг;

$V$  – объем кольца, м<sup>3</sup>;

$\rho_{\text{в}}$  – плотность дистиллированной воды при температуре помещения лаборатории,

( $\rho_{\text{в}} = 998,6$  кг/ м<sup>3</sup> при 18 °C;  $\rho_{\text{в}} = 998,2$  кг/ м<sup>3</sup> при 20 °C;  $\rho_{\text{в}} = 997,8$  кг/ м<sup>3</sup> при 22 °C)

