

**Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**  
**Федеральное бюджетное учреждение**  
**«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии**  
**и испытаний в Новосибирской области»**  
**(ФБУ «Новосибирский ЦСМ»)**

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

О. Ю. Морозова

25 мая 2020 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

**ВИБРОУСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ 11076-8**

Методика поверки

ЛТДВ.402152.003 МП

Новосибирск

2020 г.

## 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок виброустановки поверочной 11076-S (далее – виброустановка).

Интервал между поверками – 1 год.

1.2 Перед началом проведения поверки необходимо ознакомиться с настоящей методикой, эксплуатационной документацией на виброустановку и средства измерений (СИ), используемые при проведении поверки.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 Операции поверки виброустановки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта документа по поверке	Проведение операции при	
		первой поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование	8.2	да	да
3 Определение уровня вибрационного шума	8.3	да	да
4 Определение коэффициента гармоник виброускорения	8.4	да	да
5 Определение относительного коэффициента поперечного движения вибростола виброустановки	8.5	да	да
6 Определение зависимости погрешности виброустановки от времени непрерывной работы	8.6	да	нет
7 Определение основной погрешности воспроизведения параметров вибрации виброустановки	8.7	да	да
8 Определение рабочих диапазонов параметров вибрации	8.8	да	да
9 Определение рабочего диапазона частот воспроизведения параметров вибрации	8.9	да	да

### **3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ**

3.1 Средства поверки виброустановки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.2, 8.3, 8.8, 8.9	Виброметр цифровой портативный PDV-100 (от 0,5 до 22000 Гц, ПГ ± 1,0 %); Мультиметр цифровой 34461A (от 0,01 В до 750 В, ПГ ± (0,0006 · U <sub>изм</sub> + 0,0003 · U <sub>пред</sub> ), мВ)
8.4	Измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11 (ПГ ± 10 %); Осциллограф цифровой запоминающий TDS 1002 (ПГ ± 3,0 %)
8.5	Преобразователь вибропреобразовательный 4321 (от 0,2 до 8700 Гц, ПГ ± 5 %); Трёхпозиционный коммутатор ( $a_z$ , $a_y$ , $a_x$ )
8.6, 8.7	Измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11 (ПГ ± 10 %) Осциллограф цифровой запоминающий TDS 1002 (ПГ ± 3,0 %); Преобразователь вибропреобразовательный 4321 (от 0,2 до 8700 Гц, ПГ ± 5 %); Трёхпозиционный коммутатор ( $a_z$ , $a_y$ , $a_x$ )

3.2 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3.3 Подготовка средств поверки к применению производится в соответствии с их эксплуатационной документацией.

3.4 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемой виброустановки с требуемой точностью.

### **4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ**

Поверку виброустановки должен проводить персонал, аттестованный в качестве поверителя СИ, имеющим опыт работы с аналогичным оборудованием, ознакомленный с инструкцией по эксплуатации поверяемой виброустановки и средств поверки.

### **5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При подготовке и проведении поверки необходимо соблюдать общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок напряжением до 1000 В

### **6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ**

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С	от 15 до 25
- относительная влажность воздуха, %	не более 80
- атмосферное давление, кПа	от 94 до 106
- напряжение питания промышленной сети, В	от 216 до 224
- частота переменного напряжения промышленной сети, Гц	от 49,5 до 50,5

## 7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Поверяемая виброустановка и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями, приведёнными в их эксплуатационной документации.

## 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 8.1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР

8.1.1 При внешнем осмотре виброустановки должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений корпуса, соединительных кабелей и электрических разъёмов;
- соответствие комплектности и маркировки требованиям, установленным в технической документации на установку;
- отсутствие загрязнений и выступающих заусенцев на контактирующих поверхностях акселерометров;
- правильность монтажа виброустановки.

8.1.2 Результат поверки считается положительным, если установка соответствует требованиям технической документации и признаётся пригодной к применению, если выполняется п. 8.1.1.

### 8.2 ОПРОБОВАНИЕ

8.2.1 Собирают схему в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Блок-схема виброустановки при опробовании

- 1 – генератор сигналов специальной формы GFG-3015;
- 2 – усилитель мощности LV-103;
- 3 – вибростенд с постоянным магнитным полем 11076;
- 4 – вибропреобразователь ускорения 8305;
- 5 – усилитель измерительный 2635;
- 6 – мультиметр 34401А;
- 7 – виброметр цифровой портативный PDV-100;
- 8 – мультиметр цифровой 34461А.

8.2.2 Вибропреобразователь ускорения 8305 закрепляют на вибростоле вибрационной установки таким образом, чтобы направление главной оси чувствительности вибропреобразователя совпадало с направлением колебаний вибростола.

8.2.3 Устанавливают виброметр цифровой портативный PDV-100 (далее – PDV-100) над вибростолом виброустановки и проводят его настройку в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.2.4 Включают виброустановку в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и проверяют органы управления, регулирования и настройки.

8.2.5 Задают на виброустановке с помощью PDV-100 виброускорение  $10 \text{ м/с}^2$  на частоте 160 Гц в течение двух минут. Измеряют с помощью вибропреобразователя ускорения 8305 в комплекте с усилителем измерительным 2635 и мультиметром 34401А (далее – встроенный виброметр) задаваемое виброускорение.

8.2.6 Задаваемое с помощью PDV-100 виброускорение определяют по формуле,  $\text{м/с}^2$

$$a = 2\pi fV, \quad (1)$$

где  $f$  – заданная частота вибрации 160 Гц;

$V$  – виброскорость, измеренная с помощью PDV-100.

8.2.7 Результаты опробования считать положительными, если значение виброускорения, измеренное с помощью встроенного виброметра и значение виброускорения, измеренное с помощью PDV-100 не отличаются более, чем на 3 %.

### 8.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВИБРАЦИОННОГО ШУМА

8.3.1 Собирают схему, как показано на рисунке 1. Закрепляют на виброустановке вибропреобразователь встроенного виброметра и включают виброустановку.

8.3.2 Определение уровня вибрационного шума осуществляют по среднему квадратическому значению виброускорения  $a_{\text{ш}}$ , зафиксированному с помощью встроенного виброметра при включенной виброустановке, но при отсутствии сигнала возбуждения от задающего генератора виброустановки.

8.3.3 Уровень вибрационного шума  $a_{\text{ш}}$  не должен превышать значения, указанного в технической документации на виброустановку.

8.3.4 Если измеренное с помощью встроенного виброметра значение  $a_{\text{ш}}$  превышает значение, указанное в технической документации на виброустановку, то поверку не проводят, виброустановку признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности к применению.

### 8.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГАРМОНИК ВИБРОУСКОРЕНИЯ

8.4.1 Собирают схему, как показано на рисунке 2. Закрепляют на виброустановке вибропреобразователь встроенного виброметра и включают виброустановку.




Рисунок 2 - Блок-схема виброустановки в режиме определения коэффициента гармоник

- 1 – генератор сигналов специальной формы GFG-3015;
- 2 – усилитель мощности LV-103;
- 3 – вибростенд с постоянным магнитным полем 11076;
- 4 – вибрапреобразователь ускорения 8305;
- 5 – усилитель измерительный 2635;
- 6 – мультиметр 34401A;
- 7 – измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11;
- 8 – осциллограф цифровой запоминающий TDS 1002

8.4.2 Коэффициент гармоник виброускорения определяют в диапазоне частот на верхних пределах номинальных диапазонов виброускорения.

8.4.3 Подключают к выходу встроенного виброметра или измерительного усилителя измеритель коэффициента гармоник и анализатор спектра (режим БПФ осциллографа). Для наблюдения формы сигнала воспроизводимой вибрации к выходу встроенного виброметра подключают осциллограф.

8.4.4 С помощью задающего генератора виброустановки последовательно задают частоты возбуждения  $f$ , равные значениям 1/3-октавного ряда в рабочем диапазоне частот, и измеряют коэффициент гармоник  $K_G$ .

8.4.5 На частотах выше 20 Гц измерения коэффициента гармоник проводить с помощью измерителя нелинейных искажений автоматического С6-11.

8.4.6 На частотах ниже 20 Гц допускается определять коэффициент гармоник с помощью разложения записанной реализации виброускорения в ряд Фурье на гармонические составляющие с помощью осциллографа TDS 1002, %

$$K_G = \sqrt{\frac{C_2^2 + C_3^2 + \dots + C_N^2}{C_1^2}} \cdot 100 \quad (2)$$

где  $C_1, C_2, C_3, \dots, C_N$  - амплитуды 1-й, 2-й, 3-й, ...  $N$ -й гармонических составляющих разложения записанной реализации виброускорения в ряд Фурье.

8.4.7 Результаты измерений записывают в таблицу 3.

Таблица 3 – Результаты измерений коэффициента гармоник

Частота, Гц	Коэффициент гармоник ( $K_\Gamma$ ), %	Максимальный допускаемый коэффициент гармоник ( $K_{\Gamma max}$ ), %
10		10
12,5		10
16		10
...		
...		
4000		5
5000		5

8.4.8 Полученное значение коэффициента гармоник должно быть не более указанного в технической документации на виброустановку.

8.4.9 Если измеренное значение коэффициента гармоник превышает значение, указанное в технической документации на виброустановку, то виброустановку признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности к применению.

**Примечание** - Допускается признавать пригодной к применению виброустановку при превышении на отдельных частотах указанных в технической документации значений коэффициента гармоник  $K_\Gamma$ , (количество таких частот не должно превышать 10 % частот третьоктавного ряда рабочего диапазона частот виброустановки). При этом частоты, на которых значение коэффициента гармоник  $K_\Gamma$  превышает значение, указанное в технической документации на виброустановку, исключаются из диапазона рабочих частот виброустановки, о чем делается соответствующая запись на обратной стороне свидетельства о поверке.

## 8.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОПЕРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ВИБРОСТОЛА ВИБРОУСТАНОВКИ

8.5.1 Собирают схему, как показано на рисунке 3.




Рисунок 3 – Блок-схема виброустановки в режиме определения относительного коэффициента поперечного движения вибrostола

- 1 – генератор сигналов специальной формы GFG-3015;
- 2 – усилитель мощности LV-103;
- 3 – вибростенд с постоянным магнитным полем 11076;
- 4 – преобразователь виброизмерительный 4321;
- 5 – трехпозиционный коммутатор;
- 6 – усилитель измерительный 2635;
- 7 – мультиметр 34401А.

8.5.2 Для определения относительного коэффициента поперечного движения  $K_{o.n}$  на столе виброустановки закрепляют в соответствии с требованиями РЭ трехкомпонентный акселерометр, входящий в комплект эталонного виброметра. Для удобства измерений три выхода трехкомпонентного акселерометра ( $a_z$ ,  $a_y$ ,  $a_x$ ) рекомендуется соединять с помощью трехпозиционного коммутатора с измерительным усилителем.

8.5.3 Задают на виброустановке виброускорение  $a_z$ , равное 0,3 верхнего значения рабочего диапазона амплитуд для всех частот возбуждения  $f$ , равных значениям 1/3-октавного ряда в рабочем диапазоне частот виброустановки, и последовательно отсчитывают показания виброметра в направлении  $a_y$  и  $a_x$ , перпендикулярном основному направлению движения стола виброустановки. Вычисляют относительный коэффициент поперечного движения  $K_{o.n}$  по формуле, %

$$K_{o.n} = \sqrt{\frac{a_x^2 + a_y^2}{a_z^2}} \cdot 100 \quad (3)$$

8.5.4 Результаты измерений записывают в таблицу 4.

Таблица 4 – Результаты измерений относительного коэффициента поперечного движения вибростола виброустановки ( $K_{o.n}$ )

Частота, Гц	$a_z$ , м/с <sup>2</sup>	$a_x$ , м/с <sup>2</sup>	$a_y$ , м/с <sup>2</sup>	$K_{o.n}$ , %	Максимальный допускаемый $K_{o.n max}$ , %
10					7
12,5					7
16					7
...					...
...					...
4000					10
5000					10

8.5.5 Полученные значения относительных коэффициентов поперечного движения вибростола виброустановки должны быть не более указанных в технической документации на виброустановку.

8.5.6 Если определённые по формуле (3) значения относительных коэффициентов поперечного движения вибростола виброустановки превышают значения, указанные в технической документации на виброустановку, то виброустановку признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности к применению.

**Примечание** - Допускается признавать пригодной к применению виброустановку при превышении на отдельных частотах указанных в технической документации значений относительного коэффициента поперечного движения  $K_{o.n}$ , (количество таких частот не должно превышать 10 % частот третьоктавного ряда рабочего диапазона частот виброустановки). При этом частоты, на которых значение относительного

коэффициента поперечного движения  $K_{o,n}$  превышает значение, указанное в технической документации на виброустановку, исключаются из диапазона рабочих частот установки, о чём делается соответствующая запись на обратной стороне свидетельства о поверке.

## 8.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОГРЕШНОСТИ ВИБРОУСТАНОВКИ ОТ ВРЕМЕНИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

8.6.1 Для определения зависимости погрешности виброустановки от времени непрерывной работы повторяют измерения по 8.4 и 8.5 в режиме воспроизведения виброускорения, равного  $10 \text{ м/с}^2$  на частоте 160 Гц, после включения виброустановки и ее прогрева и через каждые два часа в течение шести часов времени работы виброустановки.

8.6.2 Полученные значения коэффициента гармоник  $K_G$  и относительного коэффициента поперечного движения  $K_{o,n}$  используют для определения погрешности виброустановки на базовой частоте после включения виброустановки и ее прогрева ( $\delta_{t=0}$ ) и через каждые два часа ( $\delta_t$ ) в течение шести часов непрерывной работы. Погрешность виброустановки на базовой частоте при определении ее зависимости от времени непрерывной работы определяют по формулам, %:

$$\delta_{\text{баз.уст}_{t=0}} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_0^2 + \gamma^2 + \delta_v^2 + \delta_{r(t=0)}^2 + \delta_{o,n(t=0)}^2} \quad (4)$$

$$\delta_{\text{баз.уст}_t} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_0^2 + \gamma^2 + \delta_v^2 + \delta_{r(t)}^2 + \delta_{o,n(t)}^2} \quad (5)$$

где  $\delta_0$  - относительная погрешность эталонных СИ, с помощью которых проводят поверку виброустановки, %;

$\gamma$  - неравномерность частотной характеристики вибропреобразователя ускорения 8305 в комплекте с усилителем измерительным 2635 в диапазоне частот от 10 до 3100 Гц, %, (так как измерения проводят на базовой частоте 160 Гц, неравномерность частотной характеристики принимают равной нулю);

**Примечание** - Встроенный в виброустановку вибропреобразователь ускорения в комплекте с усилителем измерительным поверяют на Государственном первичном специальном эталоне ГЭТ 58-2018 или на вторичном эталоне по документу МИ 1071-85 «Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений параметров вибрации образцовые. Методика поверки» (при условии его демонтажа из виброустановки).

$\delta_v$  - относительная погрешность мультиметра, входящего в состав встроенного виброметра, %, (определяют из свидетельства о поверке);

$\delta_{r(t=0)}$  - дополнительная относительная погрешность от наличия гармонических составляющих, %, определяемая по формуле

$$\delta_{r(t=0)} = \left( \sqrt{1 + K_{r(t=0)}^2} - 1 \right) \cdot 100, \quad (6)$$

где  $K_{r(t=0)}$  - значение коэффициента гармоник (относительные единицы), определенное в режиме воспроизведения виброускорения, равного  $10 \text{ м/с}^2$  на частоте 160 Гц, после включения виброустановки и ее прогрева;

$\delta_{r(t)}$  - дополнительная относительная погрешность от наличия гармонических составляющих, %, определяемая по формуле

$$\delta_{r(t)} = \left( \sqrt{1 + K_{r(t)}^2} - 1 \right) \cdot 100, \quad (7)$$

где  $K_{r(t)}$  - значение коэффициента гармоник (относительные единицы), определенное в режиме воспроизведения виброускорения, равного  $10 \text{ м/с}^2$  на частоте  $160 \text{ Гц}$ , через каждые два часа в течение шести часов времени работы виброустановки после включения виброустановки и ее прогрева;

$\delta_{o.n(t=0)}$  - дополнительная относительная погрешность, вызванная наличием поперечного движения стола виброустановки, %, определяемая по формуле

$$\delta_{o.n(t=0)} = \frac{K_{o.n1} \cdot K_n}{100}, \quad (8)$$

где  $K_{o.n1}$  - значение относительного коэффициента поперечного движения стола виброустановки, %, определенное в режиме воспроизведения виброускорения, равного  $10 \text{ м/с}^2$  на частоте  $160 \text{ Гц}$ , после включения виброустановки и ее прогрева;

$K_n$  - относительный коэффициент поперечной чувствительности встроенного вибропреобразователя ускорения 8305, % (определяют из паспорта вибропреобразователя);

$\delta_{o.n(t)}$  - дополнительная относительная погрешность, вызванная наличием поперечного движения стола виброустановки, %, определяемая по формуле

$$\delta_{o.n(t)} = \frac{K_{o.n2} \cdot K_n}{100}, \quad (9)$$

где  $K_{o.n2}$  - значение относительного коэффициента поперечного движения стола виброустановки, %, определенное в режиме воспроизведения виброускорения, равного  $10 \text{ м/с}^2$  на частоте  $160 \text{ Гц}$ , через каждые два часа в течение шести часов времени работы виброустановки после включения виброустановки и ее прогрева;

8.6.3 По результатам вычислений  $\delta_{t=0}$  и  $\delta_t$  определяют значение дополнительной погрешности, вызванной нестабильностью работы виброустановки за время непрерывной работы  $\delta_h$  по формуле, %

$$\delta_h = \frac{|\delta_{t=0} - \delta_t|_{max}}{\delta_{t=0}} \cdot 100, \quad (10)$$

8.6.4 Вычисленное значение  $\delta_h$  используют при расчете в формуле (11).

## 8.7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ ВИБРОУСТАНОВКИ

8.7.1 Определение основной погрешности воспроизведения параметров вибрации виброустановки производят с вибропреобразователем ускорения 8305 в диапазоне частот от 10 до  $3100 \text{ Гц}$  ( $\delta_{ycm8305}$ ) и с преобразователем виброметрическим 4371 в диапазоне частот от  $3100$  до  $5000 \text{ Гц}$  ( $\delta_{ycm4371}$ ).

8.7.2 Основную погрешность виброустановки  $\delta_{ycm8305}$  при доверительной вероятности 0,95 вычисляют по формуле, %

$$\delta_{ycm8305} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_0^2 + \gamma^2 + \delta_B^2 + \delta_r^2 + \delta_{o.n}^2 + \delta_h^2} \quad (11)$$

где  $\delta_0$  - относительная погрешность эталонных СИ, с помощью которых проводят

проверкувиброустановки, %;

$\gamma$  - неравномерность частотной характеристикивибропреобразователя ускорения 8305 в комплекте с усилителем измерительным 2635 в диапазоне частот от 10 до 3100 Гц, %, (определяют из свидетельства о поверке);

$\delta_v$  - относительная погрешность мультиметра, входящего в состав встроенного виброметра, %, (определяют из свидетельства о поверке);

$\delta_g$  - дополнительная относительная погрешность от наличия гармонических составляющих, %, определяемая по формуле

$$\delta_g = \left( \sqrt{1 + K_g^2} - 1 \right) \cdot 100, \quad (12)$$

где  $K_g$  - максимальное значение коэффициента гармоник (относительные единицы) в диапазоне частот от 10 до 3100 Гц, определенное по 8.4;

$\delta_{o,n}$  - дополнительная относительная погрешность, вызванная наличием поперечного движения стола виброустановки в диапазоне частот от 10 до 3100 Гц, %, определяемая по формуле

$$\delta_{o,n} = \frac{K_{o,n} \cdot K_n}{100}, \quad (13)$$

где  $K_{o,n}$  - максимальное значение относительного коэффициента поперечного движения стола виброустановки в диапазоне частот от 10 до 3100 Гц, %, определенное по 8.5;

$\delta_h$  - дополнительная относительная погрешность, вызванная нестабильностью виброустановки за время непрерывной работы, %, (при периодической поверке определяют из технической документации на виброустановку).

8.7.3 Основную погрешность виброустановки  $\delta_{yst4371}$  при доверительной вероятности 0,95 вычисляют по формуле, %

$$\delta_{yst4371} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_0^2 + \gamma^2 + \delta_v^2 + \delta_g^2 + \delta_h^2} \quad (14)$$

где  $\delta_0$  - относительная погрешность эталонных СИ, с помощью которых проводят поверку виброустановки, %;

$\gamma$  - неравномерность частотной характеристики преобразователя вибропризмерительного 4371 в комплекте с усилителем измерительным 2635 в диапазоне частот от 3100 до 5000 Гц, %, (определяют из свидетельства о поверке);

$\delta_v$  - относительная погрешность мультиметра, входящего в состав встроенного виброметра, %, (определяют из свидетельства о поверке);

$\delta_g$  - дополнительная относительная погрешность от наличия гармонических составляющих, %, определяемая по формуле:

$$\delta_g = \left( \sqrt{1 + K_g^2} - 1 \right) \cdot 100, \quad (15)$$

где  $K_g$  - максимальное значение коэффициента гармоник (относительные единицы) в диапазоне частот от 3100 до 5000 Гц, определенное по 8.4;

$\delta_{o,n}$  - дополнительная относительная погрешность, вызванная наличием поперечного движения стола виброустановки в диапазоне частот от 3100 до 5000 Гц, %, определяемая по формуле:

$$\delta_{o,n} = \frac{K_{o,n} \cdot K_n}{100}, \quad (16)$$

где  $K_{o,n}$  - максимальное значение относительного коэффициента поперечного движения стола виброустановки в диапазоне частот от 3100 до 5000 Гц, %, определенное по 8.5.

8.7.4 Основная погрешность виброустановки не должна превышать значений, указанных в технической документации на виброустановку.

8.7.5 Если основная погрешность установки превышает значения, указанные в технической документации на виброустановку, то виброустановку признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности к применению.

## 8.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ДИАПАЗОНОВ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ

8.8.1 Рабочие диапазоны параметров вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение), воспроизводимые (измеряемые) виброустановкой, определяют на основании измерений уровня вибрационных шумов по 8.3 и коэффициенту гармоник по 8.4.

8.8.2 Для определения наибольшего значения виброускорения, виброскорости, виброперемещения, воспроизводимого (измеряемого) виброустановкой, используют результаты определения коэффициента гармоник по 8.4. За максимальное значение виброускорения, виброскорости, виброперемещения, воспроизводимое (измеряемое) виброустановкой, принимают такое значение, при котором коэффициент гармоник виброускорения не превышает значения, установленного в технической документации на виброустановку.

8.8.3 За минимальное значение виброускорения, виброскорости, виброперемещения, воспроизводимого (измеряемого) виброустановкой, принимают такое значение, которое превышает уровень собственных шумов эталонного виброметра на 14 дБ ( $\approx$  в пять раз).

8.8.4 Измеренные минимальное и максимальное значения воспроизводимых параметров вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение) должны соответствовать данным, указанным в технической документации на виброустановку.

8.8.5 Если измеренные минимальное и максимальное значения воспроизводимых параметров вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение) не соответствуют данным, указанным в технической документации на виброустановку, то виброустановку признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности к применению.

**Примечание** - Допускается признавать пригодной к применению виброустановку при уменьшении рабочего диапазона воспроизводимых параметров вибраций (но не более, чем на 20 % от диапазона, указанного в технической документации). При этом делается соответствующая запись о рабочем диапазоне воспроизводимых параметров вибраций на обратной стороне свидетельства о поверке.

## 8.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ

8.9.1 За рабочий диапазон частот принимают такой диапазон, в котором обеспечивается воспроизведение виброускорения, виброскорости, виброперемещения с основной погрешностью, не выходящей за пределы допускаемого значения, указанного в технической документации на виброустановку.

8.9.2 Основную погрешность виброустановки определяют по формулам (11), (14) в соответствии с требованиями 8.7.

8.9.3 Рабочий диапазон частот воспроизводимых параметров вибраций должен соответствовать данным, указанным в технической документации на виброустановку.

8.9.4 Если диапазон частот воспроизводимых параметров вибраций не

соответствует данным, указанным в технической документации на виброустановку, то виброустановку признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности к применению.

**Примечание** - Допускается признавать пригодной к применению виброустановку при уменьшении рабочего диапазона частот воспроизведимых параметров вибраций (но не более, чем на 20 % от диапазона, указанного в технической документации). При этом делается соответствующая запись о рабочем диапазоне частот на обратной стороне свидетельства о поверке.

## 9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

9.2 Если виброустановка по результатам поверки признана пригодной к применению, выдают свидетельство о поверке установленной формы. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

9.3 Допускается в свидетельстве о поверке в разделе «Результаты поверки» записывать относительную погрешность для нескольких поддиапазонов частот, входящих в рабочий диапазон частот виброустановки.

9.4 Если виброустановка по результатам поверки признана непригодной к применению, выписывают извещение о непригодности к применению установленной формы с указанием причин непригодности.

### Разработали:

Начальник отдела 57  
ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

И.А. Коган

Ведущий инженер по метрологии  
ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

А.Н. Телеганов

Ведущий инженер по метрологии  
ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

О.Н. Коловерин