



ООО Центр Метрологии «СТП»
Регистрационный № RA.RU.311229 выдан 30.07.2015 г.



**Государственная система обеспечения единства измерений
Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие
Mark VIe Migrations**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 1707/1-311229-2019

г. Казань
2019

Настоящая методика поверки распространяется на комплексы измерительно-вычислительные и управляющие Mark VIe Migrations (далее – ИВК) и устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе эксплуатации.

Допускается проведение периодической поверки ИВК на меньшем числе поддиапазонов измерений на основании письменного заявления владельца ИВК с соответствующим занесением диапазонов измерений в свидетельство о поверке.

Допускается проведение поверки ИВК в части отдельных измерительных каналов на основании письменного заявления владельца ИВК с соответствующим занесением диапазонов измерений в свидетельство о поверке.

Интервал между поверками ИВК – 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);
- опробование (пункт 6.2);
- определение метрологических характеристик (пункт 6.3);
- оформление результатов поверки (раздел 7).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- эталон единицы постоянного электрического напряжения 3-го разряда по ГОСТ 8.027–2001;
- рабочий эталон единицы частоты 4-го разряда по в соответствии с приказом Росстандарта от 31.07.2018 № 1621;
- рабочий эталон единицы силы постоянного электрического тока 2-го разряда в соответствии с приказом Росстандарта от 01.10.2018 № 2091;
- рабочий эталон единицы переменного электрического напряжения 2-го разряда в соответствии и приказом Росстандарта от 29.05.2018 № 1053;
- рабочий эталон единицы электрического сопротивления 3-го разряда в соответствии и приказом Росстандарта от 15.02.2016 № 146;
- термогигрометр ИВА-6 модификации ИВА-6А-Д (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 46434-11).

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик ИВК с требуемой точностью.

2.3 Применяемые эталоны должны быть аттестованы, средства измерений (далее – СИ) должны быть поверены и иметь действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте (формуляре), заверенную подписью работника аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя, проводившего поверку СИ, и знаком поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и ИВК, приведенных в их эксплуатационных документах;
- инструкций по охране труда.

3.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, руководства по эксплуатации ИВК и средств поверки и прошедшие инструктаж по

охране труда.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| – температура окружающего воздуха, °C | от плюс 15 до плюс 25 |
| – относительная влажность, % | от 30 до 80 |
| – атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Средства поверки и ИВК выдерживают при условиях, указанных в разделе 4, не менее трех часов.

5.2 Средства поверки и ИВК подготавливают к работе в соответствии с их эксплуатационными документами.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 Проверяют:

- комплектность ИВК;
- наличие свидетельства о последней поверке ИВК (при периодической поверке);
- отсутствие механических повреждений ИВК, препятствующих его применению;
- четкость надписей и обозначений.

6.1.2 Результаты проверки считают положительными, если:

- комплектность ИВК соответствует описанию типа ИВК;
- представлено свидетельство о последней поверке ИВК (при периодической поверке);
- отсутствуют механические повреждения ИВК, препятствующие его применению;
- надписи и обозначения четкие, хорошо читаемы.

6.2 Опробование

6.2.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

6.2.1.1 Фиксируют номер версии программного обеспечения (далее – ПО) ИВК и сравнивают их с соответствующими данными, отраженными в описании типа ИВК.

6.2.1.2 Результаты проверки идентификационных данных ПО считают положительными, если номер версии ПО ИВК не ниже номера версии ПО, указанного в описании типа ИВК.

6.2.2 Проверка работоспособности

6.2.2.1 Проводят проверку общей работоспособности ИВК, контролируют отсутствие индикаций сбоев и ошибок.

6.2.2.2 Результаты проверки работоспособности ИВК считают положительными, если индикации сбоев и ошибок не возникло.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Определение абсолютной погрешности измерений сигналов напряжения постоянного тока

6.3.1.1 Ко входу измерительного модуля подключают эталон единицы постоянного электрического напряжения и задают сигнал напряжения постоянного тока. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона измерений, включая крайние точки диапазона измерений. Количество контрольных точек не менее пяти.

6.3.1.2 В каждой контрольной точке вычисляют абсолютную погрешность $\Delta_{\bar{U}}$, В, по формуле

$$\Delta_{\bar{U}} = \bar{U}_{\text{изм}} - \bar{U}_{\text{зад}}, \quad (1)$$

где $\bar{U}_{\text{изм}}$ – значение постоянного напряжения, измеренное ИВК, В;

$\bar{U}_{\text{зад}}$ – значение постоянного напряжения, заданное эталоном, В.

6.3.1.3 Результаты поверки по пункту 6.3.1 считают положительными, если рассчитанная по формуле (1) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

6.3.2 Определение абсолютной погрешности измерений входных сигналов силы постоянного тока

6.3.2.1 Ко входу измерительного модуля подключают эталон единицы силы постоянного электрического тока и задают сигнал силы постоянного тока. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона измерений, включая крайние точки диапазона измерений. Количество контрольных точек не менее пяти.

6.3.2.2 В каждой контрольной точке вычисляют абсолютную погрешность $\Delta_{I_{\text{вх}}}$, мА, по формуле

$$\Delta_{I_{\text{вх}}} = I_{\text{изм}} - I_{\text{зад}}, \quad (2)$$

где $I_{\text{изм}}$ – значение силы постоянного тока, измеренное ИВК, мА;

$I_{\text{зад}}$ – значение силы постоянного тока, заданное эталоном, мА.

6.3.2.3 Результаты поверки по пункту 6.3.2 считают положительными, если рассчитанная по формуле (2) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

6.3.3 Определение погрешности измерений частоты

6.3.3.1 Ко входу измерительного модуля подключают эталон единицы частоты и задают частотный сигнал. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона измерений, включая крайние точки диапазона измерений. Количество контрольных точек не менее пяти.

6.3.3.2 В каждой контрольной точке вычисляют абсолютную Δ_f , Гц, или относительную δ_f , %, погрешность по формулам

$$\Delta_f = f_{\text{изм}} - f_{\text{зад}}, \quad (3)$$

$$\delta_f = \frac{f_{\text{изм}} - f_{\text{зад}}}{f_{\text{зад}}} \cdot 100, \quad (4)$$

где $f_{\text{изм}}$ – значение частоты, измеренное ИВК, Гц;

$f_{\text{зад}}$ – значение частоты, заданное эталоном, Гц.

6.3.3.3 Результаты поверки по пункту 6.3.3 считают положительными, если рассчитанная по формуле (3) или (4) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

6.3.4 Определение погрешности измерений сигналов напряжения переменного тока

6.3.4.1 Определение погрешности измерений сигналов напряжения переменного тока проводят при крайних значениях частоты входного сигнала, нормированных для измерительного канала, и частоте входного сигнала, находящейся внутри нормированного диапазона частот и выбираемой исходя из нормируемых пределов допускаемой погрешности.

6.3.4.2 Ко входу измерительного модуля подключают эталон единицы переменного электрического напряжения и задают сигнал напряжения переменного тока синусоидальной формы. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона измерений, включая крайние точки диапазона измерений. Количество контрольных точек не менее пяти. Допускаемое отклонение задаваемого сигнала $\pm 5\%$ от номинального значения внутри диапазона измерений.

6.3.4.3 В каждой контрольной точке вычисляют относительную $\delta_{\tilde{U}}$, %, или абсолютную $\Delta_{\tilde{U}}$, В, погрешность по формулам

$$\delta_{\tilde{U}} = \frac{\tilde{U}_{\text{изм}} - \tilde{U}_{\text{эт}}}{\tilde{U}_{\text{эт}}} \cdot 100, \quad (5)$$

$$\Delta_{\tilde{U}} = \tilde{U}_{\text{изм}} - \tilde{U}_{\text{эт}}, \quad (6)$$

где $\tilde{U}_{\text{изм}}$ – значение переменного напряжения, измеренное ИВК, В;

$\tilde{U}_{\text{эт}}$ – значение переменного напряжения, измеренное эталоном, В.

6.3.4.4 Результаты поверки по пункту 6.3.4 считают положительными, если рассчитанная по формуле (5) или (6) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

6.3.5 Определение абсолютной погрешности измерений сигналов электрического сопротивления

6.3.5.1 Ко входу измерительного модуля подключают эталон электрического сопротивления и задают сигнал сопротивления. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона измерений, включая крайние точки диапазона измерений. Количество контрольных точек не менее пяти.

6.3.5.2 В каждой контрольной точке вычисляют абсолютную погрешность Δ_R , Ом, по формуле

$$\Delta_R = R_{\text{изм}} - R_{\text{зад}}, \quad (7)$$

где $R_{\text{изм}}$ – значение электрического сопротивления, измеренное ИВК, Ом;

$R_{\text{зад}}$ – значение электрического сопротивления, заданное эталоном, Ом.

6.3.5.3 Результаты поверки по пункту 6.3.5 считают положительными, если рассчитанная по формуле (7) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

6.3.6 Определение абсолютной погрешности измерений сигналов термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических

6.3.6.1 Ко входу измерительного модуля подключают соответствующий эталон и задают сигнал термопреобразователя сопротивления или преобразователя термоэлектрического. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона измерений, включая крайние точки диапазона измерений. Количество контрольных точек не менее пяти.

6.3.6.2 В каждой контрольной точке вычисляют абсолютную погрешность Δt , °C, по формуле

$$\Delta t = t_{\text{изм}} - t_{\text{зад}}, \quad (8)$$

где $t_{\text{изм}}$ – значение температуры, измеренное ИВК, °C;

$t_{\text{зад}}$ – значение температуры, соответствующее задаваемому эталоном сигналу, °C.

6.3.6.3 Результаты поверки по пункту 6.3.6 считают положительными, если рассчитанная по формуле (8) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

6.3.7 Определение абсолютной погрешности воспроизведения сигналов силы постоянного тока

6.3.7.1 К выходу измерительного модуля подключают эталон единицы силы постоянного электрического тока. С операторской станции управления ИВК задают выходной сигнал силы постоянного тока. В качестве контрольных точек принимают точки, равномерно распределенные внутри диапазона воспроизведения, включая крайние точки диапазона воспроизведения. Количество контрольных точек не менее пяти.

6.3.7.2 В каждой контрольной точке вычисляют абсолютную погрешность $\Delta_{I_{\text{вых}}}$, мА, по

формуле

$$\Delta_{I_{\text{вых}}} = I_{\text{ИВК}} - I_{\text{эт}}, \quad (9)$$

- где $I_{\text{ИВК}}$ – значение силы постоянного тока, заданное с операторской станции управления ИВК, мА;
 $I_{\text{эт}}$ – значение силы постоянного тока, заданное эталоном, мА.

6.3.7.3 Результаты поверки по пункту 6.3.7 считают положительными, если рассчитанная по формуле (9) погрешность в каждой контрольной точке не выходит за пределы, указанные в приложении А настоящей методики поверки.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

7.2 В соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, при положительных результатах поверки ИВК оформляют свидетельство о поверке ИВК (знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИВК), при отрицательных результатах поверки ИВК – извещение о непригодности к применению.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИВК

Таблица А.1 – Метрологические характеристики ИВК

Измерительный модуль ввода/вывода	Тип измерительных каналов	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности	
PAIC (YAIC)	входные	от 1 до 5 В	±0,08 В	
		от 0 до 5 В ¹⁾	±0,2 В	
		от 0 до 10 В ¹⁾	±0,4 В	
		от 4 до 20 мА	±0,4 мА	
		от 0 до 1 мА ¹⁾	±0,04 мА	
	выходные	от 0 до 20 мА	±0,4 мА	
		от 0 до 20000 Гц	±0,4 мА	
PAOC	входные	от 0 до 5 В ¹⁾	±0,2 В	
PHRA (YHRA)		от 0 до 10 В ¹⁾	±0,4 В	
		от 4 до 20 мА	±0,4 мА	
		от 0 до 1 мА ¹⁾	±0,04 мА	
PPRO (YPRO)	входные	от -51 до +249 °C (Ni120, $\alpha=0,00672$)	±1 % измеряемой величины	
PRTD	входные	от -51 до +700 °C (Pt100, $\alpha=0,00385$, $\alpha=0,00391$, $\alpha=0,00392$)	±2,2 °C	
		от -51 до +204 °C (Pt100, $\alpha=0,00385$, $\alpha=0,00391$, $\alpha=0,00392$)	±1,1 °C	
		от -51 до +204 °C (Pt200, $\alpha=0,00385$, $\alpha=0,00392$)	±1,1 °C	
		от -51 до +260 °C (Cu10, $\alpha=0,00427$)	±5,55 °C	
		от 0,07 до 7,07 В СКЗ (частота от 10 до 200 Гц)	±0,07 В СКЗ	
PSVO	входные	от 2 до 12000 Гц	±1 % измеряемой величины	
		от -10 до 10 мА ¹⁾	±0,4 мА	
	выходные	от -20 до 20 мА ¹⁾	±0,8 мА	
		от -40 до 40 мА ¹⁾	±1,6 мА	
		от -80 до 80 мА ¹⁾	±3,2 мА	
PTCC (YTCC)	входные	от -95 до +599 °C (тип Е)		
		от -109 до +792 °C (тип J)		
		от -153 до +1096 °C (тип K)	±15 °C	
		от 0 до +1452 °C (тип S)		
		от -166 до +386 °C (тип T)		
		от -8 до +45 мВ	±53 мкВ	
PTUR (YTUR)	входные	от 2 до 20000 Гц	±1 % измеряемой величины	
PAMC	входные	от -1,25 до 1,25 В	±0,05 В	
		от -2,5 до 2,5 В	±0,1 В	
		от 0 до 5,0 В ¹⁾	±0,2 В	
		от 0 до 10,0 В ¹⁾	±0,4 В	

Продолжение таблицы А.1

Измерительный модуль ввода/вывода	Тип измерительных каналов	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
PVIB (YVIB)	входные	от 0,1 до 4,5 В пик-пик (частота от 10 до 200 Гц)	±0,05 В пик-пик
		от 0,15 до 4,5 В пик-пик (частота от 200 до 700 Гц)	±0,15 В пик-пик
		от 0,1 до 2 В пик-пик (частота от 10 до 700 Гц)	±2 % измеряемой величины (в диапазоне от 10 до 200 Гц включ.)
		от 0,1 до 7,25 В пик-пик (частота от 10 до 700 Гц)	±5 % измеряемой величины (в диапазоне выше 200 до 700 Гц)
		от 0,1 до 1,5 В пик-пик (частота от 10 до 350 Гц)	±0,015 В пик-пик
		от 0,5 до 20 В ¹⁾	±0,2 В
		от 2 до 20000 Гц	±0,34 Гц
PCLA	входные	от 0 до +537 °C (тип E)	±15 °C
		от 0 до +713 °C (тип J)	
		от 0 до +967 °C (тип K)	
		от 0 до +1452 °C (тип S)	
		от -166 до +302 °C (тип T)	
		от -16 до +63 мВ	±0,08 мВ
		от -16 до +63 мВ	±0,11 мВ
		от 0 до 5,0 В ¹⁾	±0,2 В
		от 0 до 10,0 В ¹⁾	±0,4 В
		от 0 до 20 мА	±0,4 мА
	выходные	от 1 до 200 Ом	±0,4 Ом
		от 1 до 400 Ом	±0,4 Ом
		от 0 до 20 мА	0,1 мА
PGEN	входные	от 0 до 5,0 В ¹⁾	±0,2 В
		от 0 до 10,0 В ¹⁾	±0,4 В
		от 4 до 20 мА	±0,4 мА
		от 2 до 20000 Гц	±1 % измеряемой величины
PPRA	входные	от 0,07 до 7,07 В СКЗ (частота от 10 до 200 Гц)	±0,07 В СКЗ
		от 2 до 20000 Гц	±1 % измеряемой величины
PPDA	входные	от 0 до 10,0 В ¹⁾	±0,4 В

Продолжение таблицы А.1

Измерительный модуль ввода/вывода	Тип измерительных каналов	Диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности
PUAA (YUAA)	входные	от 0 до 5,0 В ¹⁾	±0,02 В
		от 0 до 10,0 В ¹⁾	±0,04 В
		от 4 до 20 мА	±0,04 мА
		от 0 до +537 °C (тип E)	±15 °C
		от 0 до +713 °C (тип J)	
		от 0 до +967 °C (тип K)	
		от 0 до +1452 °C (тип S)	
		от -166 до +302 °C (тип T)	
		от 0 до +1663 °C (тип B)	
		от 0 до +1097 °C (тип N)	
		от 0 до +961 °C (тип R)	
		от -77 до +223 °C (Ni120, $\alpha=0,00672$)	±1,1 °C
		от -108 до +428 °C (Pt100, $\alpha=0,00392$)	±2,25 °C
		от -108 до +430 °C (Pt100, $\alpha=0,00391$)	±2,25 °C
		от -80 до +657 °C (Pt100, $\alpha=0,00385$)	±2,25 °C
		от -79 до +642 °C (Pt100, $\alpha=0,00393$)	±1,15 °C
		от -62 до +247 °C (Pt200, $\alpha=0,00392$)	±1,15 °C
		от -62 до +247 °C (Pt200, $\alpha=0,00385$)	±1,15 °C
		от -39 до +231 °C (Cu10, $\alpha=0,00427$)	±5,6 °C
	выходные	от 1 до 450 Ом	±0,9 Ом
	выходные	от 0 до 20 мА	±0,2 мА

1) Может использоваться обратная полярность.