

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
Ф.И.И. ВНИИМС»



В.И.Иншин

2006г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ИНТЭП»



М. Сологуб

2006г.

Комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н

Методика поверки

МП ВТ 047-2002

2.р. в/б 24831-06

2006

Изв. №	Подл.	Подл. и дата	Взам. Изв. №	Изв. № дубл.	Подп. и дата


Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Лист

1

Содержание

1 Область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3 Операции поверки	4
4 Средства поверки	4
5 Требования безопасности	5
6 Условия поверки	5
7 Проведение поверки	5
8 Оформление результатов	8
Приложение А Рекомендуемые эталоны и поверочное оборудование.	9
Приложение Б Решение системы трех линейных уравнений при определении коэффициента ИСХ для ТС комплекта.	10
Приложение В Рекомендуемые точки проверки погрешности комплекта	11
9 Лист регистрации изменений	12



					МП ВТ 047-2002		
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			
Разраб.	Колено	Б		21.10.02	Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых типа КТСП-Н Методы и средства поверки		
Пров.	Тихонов	Б		21.10.02			
Н.контр.	Красченко	Б		21.10.02			
Утв.	Соловьев	Б	5	21.10.02			
					Лит. 0,	Лист 2	Листов 12

1 Область применения

1.1 Настоящая методика распространяется на комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (в дальнейшем комплекты ТС), то есть подобранные пары платиновых термопреобразователей сопротивления по ТУ РБ 300044107.007 – 2005, предназначенные для измерений температур и разности температур теплоносителя в составе теплосчетчиков, вычислительные блоки (тепловычислители) которых имеют по температурному каналу номинальную статическую характеристику преобразования сопротивления в температуру (НСХ), соответствующую одной из НСХ платиновых ТС по ГОСТ 6651.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей методике использованы ссылки на следующие стандарты и рекомендации по метрологии:

ГОСТ 6651 “Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний”;

ГОСТ 8. 461 “ГСС. Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства поверки”;

ТУ РБ 300044107. 008 – 2002 Комплекты термопреобразователей КТСП – Н;

ГОСТ 12.2.007.0 “ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.

Инв.№ подл	Подл. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата



1	Зам.	ТНИВ 3-2005	<i>Б.С.</i>	50205
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

МП ВТ 047-2002

Лист

3

3 Операции поверки

3.1 При поверке комплектов ТС должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование операции	Номер пункта рекомендации	Проведение при первичной поверке	Проведение при периодической поверке
1	Внешний осмотр.	7.1	да	да
2	Определение сопротивления электрической изоляции.	7.2	да	да
3	Определение метрологических характеристик.	7.3		
3.1	Определение сопротивлений ТС комплекта в трех точках диапазона измерения температуры и расчет коэффициентов ИСХ.	7.3.1	да	да
3.2	Определение отклонения ИСХ ТС комплекта от НСХ.	7.3.2	да	да
3.3	Определение значений относительной погрешности комплекта ТС при измерении разности температур.	7.3.3	да	да

4 Средства поверки

4.1 Средства поверки включают аппаратуру для создания требуемых температур (термостаты), эталонные термометры, электроизмерительную аппаратуру для определения сопротивления изоляции и сопротивлений термометров, дополнительные средства измерения и вспомогательное оборудование.

4.2 При поверке комплектов ТС должны быть использованы эталоны и оборудование с указанными ниже характеристиками:

а) погрешность эталонов температуры должна быть не более $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$, термостатов должна быть не более $\pm 0,005$, а средства измерения сопротивления должны иметь предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения сопротивления не более $\pm 0,005$.



Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Полл. и дата

1	Зам.	ТНИВ 3-2005	<i>Борисов</i>	5.02.05
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

МП ВТ 047-2002

Лист

Рекомендуемые эталоны и поверочное оборудование указано в приложении А.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки комплектов ТС должны соблюдаться "Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и требования ГОСТ 12.2.007.0.

6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки должны быть выдержаны следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

Должны отсутствовать внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работу электроизмерительной аппаратуры.

7 Проведение поверки


7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие комплектов ТС требованиям эксплуатационных документов в части маркировки и пломбирования. Защитная арматура, контактные колодки, внешние кабели не должны иметь видимых повреждений.

Для комплектов, составленных из ТС, имеющих постоянно присоединенный двухпроводный внешний кабель, кабели должны иметь одинаковую длину и их длины должны соответствовать указанным в маркировке ТС или паспорте комплекта.

7.2 Определение сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции между выводами ТС и защитной арматурой определяют при нормальных условиях при двух направлениях приложенного испытательного напряжения 100 В.



Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
------------	--------------	-------------	-------------	--------------

1	Зам.	ТНИВ 3-2005	<i>Б.С.</i>	5.0205
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

МП ВТ 047-2002

Лист

Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм.

7.3 Определение метрологических характеристик.

Метрологические характеристики отклонения индивидуальных статических характеристик (ИСХ) ТС комплекта от соответствующей НСХ и значения погрешности комплекта при измерении разности температур определяют, используя индивидуальные для каждого ТС комплекта коэффициенты ИСХ.

7.3.1 Определение сопротивлений ТС комплекта в трех точках диапазона измерения температуры.

7.3.1.1 Для каждого ТС комплекта должны быть определены значения сопротивления при трех температурах диапазона измерений 0; 80 (100) °C; 140 °C.

7.3.1.2 При измерениях сопротивления ток через ТС должен быть таким, чтобы рассеиваемая мощность не превышала 0,1 мВт, а ТС были погружены в жидкостные ванны терmostатов на глубину не менее L_{min} , где L_{min} – минимальная глубина погружения.

7.3.1.3 Определение сопротивления термопреобразователей должно выполняться после установления состояния теплового равновесия между термопреобразователями и терmostатируемой средой терmostата. Время выдержки термопреобразователей в терmostатах должно быть не менее 10 мин. В процессе измерений температуры в терmostатах контролируют образцовым платиновым термометром с точностью $\pm 0,02$ °C .

7.3.1.4 По трем полученным парам значений сопротивление – температура для каждого ТС комплекта из системы трех линейных уравнений рассчитывают значения коэффициентов ИСХ – R(0), A и B:

$$R_t = R(0) \cdot (1 + A \cdot t + B \cdot t^2) \quad (1)$$

Здесь R_t – сопротивление ТС (чувствительного элемента ТС) при температуре t .

Для четырехпроводных ТС $R_t = R_i$;

Для ТС с постоянно присоединенными выводными двухпроводными кабелями $R_t = R_i - R_{pr}$,

где R_i – значение сопротивления, полученное при измерении;

R_{pr} – сопротивление кабеля ТС, взятое из паспорта или из маркировки, или рассчитанное как $R_{pr} = L_{pr} \cdot r$ по измеренной длине L_{pr} выводных проводников и погонному сопротивлению r кабеля, указываемому в НТД для ТС.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Примечание – Для наиболее распространенных комплектов двухпроводных ТС $r = 0,08 \text{ Ом/м}$.

Решение системы уравнений приведено в приложении Б.

7.3.2 Определение отклонений ИСХ ТС комплекта от НСХ.

7.3.2.1 Соответствие ТС комплекта установленному в НТД пределу допускаемого отклонения от НСХ определяют, рассчитывая отклонения ИСХ в температурном эквиваленте от номинальной статической характеристики по ГОСТ 6651 в начале, в середине и в конце температурного диапазона измерения. Для ТС с постоянно присоединенными выводными кабелями к величинам Rt , полученным расчетом по уравнению (1), следует добавить сопротивление выводных проводников ТС.

Вычисленные отклонения не должны превышать значений для соответствующего класса допуска или не выходить за установленные в НТД пределы.

7.3.3 Определение значений погрешности комплекта ТС при измерении разности температур.

7.3.3.1 Значения относительной погрешности комплекта ТС при измерении разности температур определяют по формуле:

$$\delta(\Delta t) = \frac{(t_{u1} - t_{u2}) - (t_1 - t_2)}{t_1 - t_2} \quad (2)$$

Индексы “и1” и “и2” относятся к “измеренным” значениям температур на подающем трубопроводе “1” и обратном трубопроводе “2”, “действительные” значения температур в которых соответственно t_1 и t_2 .

7.3.3.2 Значения температур t_u определяют по формуле:

$$t_u = \frac{-A_H + \sqrt{A_H^2 + 4B_H \cdot \frac{Rt}{R(0)_H} - 1}}{2B_H} \quad (3)$$

В формуле (3) $R(0)_H$ – номинальное сопротивление ТС при 0°C , A_H и B_H – номинальные значения температурных коэффициентов сопротивления платинового ТС по ГОСТ 6651 для градуировки соответствующего типа ($W100 = 1,385$).

Для ТС с $W100 = 1,391$: $A_H = 3,9692 \cdot 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$; $B_H = -5,8290 \cdot 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}^{-2}$.

Для ТС с $W100 = 1,385$: $A_H = 3,9083 \cdot 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$; $B_H = -5,7750 \cdot 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}^{-2}$.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Сопротивление R_t для температуры t ("действительной" температуры в данной точке) рассчитывают для каждого ТС по уравнению (1) с использованием коэффициентов ИСХ, определенных по п. 7.3.1.4.

При этом для ТС с постоянно присоединенными двухпроводными кабелями к рассчитанному значению R_t прибавляют сопротивление кабеля.

7.3.3.3 Значения погрешности $\delta(\Delta t)$ вычисляют для достаточного количества точек внутри области, определяемой диапазоном температур и диапазоном разности температур комплекта ТС. При этом для температур t_2 (обратного потока теплоносителя) выше 80 °C учитывают только разности температур выше 10 °C.


Таблица рекомендуемых точек проверки приведена в приложении В

7.3.3.4 Значения погрешности комплекта ТС при измерении разности температур не должны превышать пределов, установленных в технической документации комплекта ТС.

8 Оформление результатов поверки

8.1 При положительном результате поверки комплекта ТС делают запись в паспорте, заверяющую подписью поверителя и оттиском поверочного клейма.

8.2 При отрицательном результате поверки комплект ТС не допускается к применению и на него оформляют извещение о непригодности.



Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

МП ВТ 047-2002

Лист

Приложение А


Рекомендуемые эталоны и поверочное оборудование

- термометр сопротивления платиновый образцовый ПТСВ – 4/II, 2-го разряда;
- терmostаты жидкостные для создания температур в диапазоне от 0 °C до 200 °C; глубина рабочей камеры не менее 60 мм, стабильность температуры и однородность температурного поля не менее $\pm 0,005$ °C;
- нулевой термостат или сосуд Дьюара для воспроизведения температуры таяния льда с погрешностью (неоднородностью температурного поля) не более $\pm 0,005$ °C;
- мегаомметр М4100-1, испытательное напряжение 100 В;
- линейка металлическая – 1 м или рулетка металлическая – 5 м;
- компаратор или потенциометр кл. 0,0005.

Примечание – Могут быть использованы другие эталоны и оборудование с метрологическими характеристиками удовлетворяющим требованиям настоящей методики:

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

МП ВТ047-2002



Лист

9

Приложение Б

Решение системы трех линейных уравнений при определении коэффициентов ИСХ для ТС комплекта

Коэффициенты $R(0)$, A и B рассчитывают по уравнениям:

$$R(0) = D_{R0} / D; A = D_{RA} / D_{R0}; B = D_{RB} / D_{R0},$$

где D , D_R , D_{RA} , D_{RB} – определитель и соответствующие алгебраические дополнения системы трех уравнений для искомых коэффициентов:

$$D = \det \begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ 1 & t_3 & t_3^2 \end{vmatrix} = (t_2 \cdot t_3^2 - t_2^2 \cdot t_3) - (t_1 \cdot t_3^2 - t_1^2 \cdot t_3) + (t_1 \cdot t_2^2 - t_1^2 \cdot t_2);$$

$$D_{R0} = \det \begin{vmatrix} R_1 & t_1 & t_1^2 \\ R_2 & t_2 & t_2^2 \\ R_3 & t_3 & t_3^2 \end{vmatrix} = R_1 \cdot (t_2 \cdot t_3^2 - t_2^2 \cdot t_3) - R_2 \cdot (t_1 \cdot t_3^2 - t_1^2 \cdot t_3) + R_3 \cdot (t_1 \cdot t_2^2 - t_1^2 \cdot t_2);$$

$$D_{RA} = \det \begin{vmatrix} 1 & R_1 & t_1^2 \\ 1 & R_2 & t_2^2 \\ 1 & R_3 & t_3^2 \end{vmatrix} = (R_2 \cdot t_3^2 - R_3 \cdot t_2^2) - (R_1 \cdot t_3^2 - R_3 \cdot t_1^2) + (R_1 \cdot t_2^2 - R_2 \cdot t_1^2);$$

$$D_{RB} = \det \begin{vmatrix} 1 & t_1 & R_1 \\ 1 & t_2 & R_2 \\ 1 & t_3 & R_3 \end{vmatrix} = (t_2 \cdot R_3 - t_3 \cdot R_2) - (t_1 \cdot R_3 - t_3 \cdot R_1) + (t_1 \cdot R_2 - t_2 \cdot R_1).$$

Подстрочные индексы 1,2 и 3 относят величины к соответствующей точке поверки.



Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Приложение В

Рекомендуемые точки проверки погрешности комплекта ТС

Таблица В1

№ точки.	$\Delta t, ^\circ C$	$t_2, ^\circ C$	$t_1=t_2+\Delta t, ^\circ C$
1	Δt_{min}	10	$10+\Delta t_{min}$
2	Δt_{min}	40	$40+\Delta t_{min}$
3	10	80	90
4	10	150	160
5	20	70	90
6	75	85	160
7	150	10	160

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
------------	--------------	-------------	-------------	--------------



Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	MП ВТ 047-2002	Лист
-----	------	---------	-------	------	----------------	------

Инв.№ пој							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

МП ВТ 047-2002

11

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	MП ВТ 047-2002	лист
-----	------	---------	-------	------	----------------	------

12

Лист регистрации изменений.