

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»

Государственный научный метрологический центр

ФГУП «ВНИИР»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора  
по научной работе –

Заместитель директора по качеству  
ФГУП «ВНИИР»



В.А. Фафурин

12 2017 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЖИДКОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ PANAFLOW HT

Методика поверки

МП0706-1-2017

г. Казань  
2017 г.

Настоящая инструкция распространяется на расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые PanaFlow HT (далее – расходомер-счетчик), предназначенные для измерений объемного расхода и объема жидкости в системах противоаварийной защиты и управления технологическими процессами.

Методика поверки предполагает проливной или имитационный способ поверки. Имитационный способ поверки может применяться для расходомеров-счетчиков с номинальным диаметром от DN300 и выше.

Проверка осуществляется в диапазоне измерений, указанном в паспорте завода изготовителя, и он может отличаться от максимального диапазона измерений. Допускается проведение периодической проверки в меньшем диапазоне измерений на основании письменного заявления владельца, оформленного в произвольной форме.

Интервал между поверками – 4 года.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (п. 7.1);
- опробование (п. 7.2);
- определение метрологических характеристик (п. 7.3);
- оформление результатов поверки (п. 8).

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

– рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ Р 8.142–2013 и/или ГОСТ 8.374–2013 с пределами допускаемой относительной погрешности не более 1/3 погрешности расходомера-счетчика в диапазоне значений, соответствующих диапазону измерений (далее – эталон);

– термометр ртутный стеклянный ТЛ-4 (№2) (регистрационный номер 303-91), диапазон измерений от 0 до 55 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,3 °C;

– манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 (регистрационный номер 55984-11), верхний предел измерений избыточного давления 25 МПа, пределы основной допускаемой приведенной погрешности ±1 %;

– термогигрометр ИВА-6А-Д (регистрационный номер 46434-11), диапазон измерения влажности от 0 до 98 %, пределы абсолютной погрешности ±2 %; диапазон измерения температуры от минус 40 °C до плюс 60 °C, пределы абсолютной погрешности ±1 °C; диапазон измерения атмосферного давления от 30 до 110 кПа, пределы абсолютной погрешности ±0,25 кПа.

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого расходомера-счетчика с требуемой точностью.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки соблюдают требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил безопасности при эксплуатации средств поверки, приведенных в их эксплуатационной документации;
- инструкций по охране труда, действующих на объекте.

3.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию, руководство по эксплуатации расходомера-счетчика, средств поверки и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.3 К средствам поверки и используемому при поверке оборудованию обеспечивают свободный доступ.

3.4 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость применяемых средств поверки, снятие показаний с приборов.

3.5 Конструкция соединительных элементов расходомера-счетчика и средств поверки должна обеспечивать надежность крепления расходомера-счетчика и фиксацию его положения в течение всего цикла поверки.

3.6 При появлении течи измеряемой среды и других ситуаций, нарушающих процесс поверки, поверка должна быть прекращена.

3.7 Подключение расходомеров-счетчиков к средствам поверки проводится в соответствии с эксплуатационными документами расходомеров-счетчиков и средств поверки.

## 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки проливным методом или имитационным с демонтажем расходомера-счетчика должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- измеряемая среда – вода по СанПиН 2.1.4.1074-2001;
- температура измеряемой среды от плюс 15 до плюс 25 °C.

4.2 При поверке имитационным методом без демонтажа расходомера-счетчика с измерительного трубопровода условия поверки должны соответствовать рабочим условиям эксплуатации средств поверки и расходомера-счетчика. Работы проводят при рабочем давлении и стабильных температурах окружающей и рабочей сред. Расходомер-счетчик и трубная обвязка не должны подвергаться воздействию осадков, солнечных лучей.

4.3 В качестве измеряемой среды при имитационном методе поверки может использоваться вода или другая жидкость с известной скоростью звука (стандартная относительная неопределенность, приписываемая функциональной зависимости, используемой для расчета скорости распространения звука в рабочей среде не должна превышать 0,1 %).

## 5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

5.1 При определении относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) жидкости расходомера-счетчика проливным методом:

5.1.1 Проверяют соблюдения условий разделов 2–4 настоящей инструкции.

5.1.2 Подготавливают к работе средства поверки в соответствии с их эксплуатационными документами.

5.1.3 Проводят необходимые соединения расходомера-счетчика и средств поверки, согласно эксплуатационным документам расходомера-счетчика и средства поверки. Для съема показаний расходомера-счетчика используют частотный выход.

5.2 При определении относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) жидкости расходомера-счетчика имитационным методом:

5.2.1 Перекрывают измерительный участок и обеспечивают отсутствие течения жидкости или демонтируют расходомер-счетчик, заглушают один из фланцев и заполняют измеряемой средой.

5.2.2 Обеспечивают возможность измерения температуры и давления (если имитационная поверка проводится под избыточным давлением) жидкости внутри измерительного участка.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устанавливают:

- отсутствие механических повреждений и дефектов расходомера-счетчика и соединительных кабелей;
- соответствие комплектности, внешнего вида и маркировки требованиям эксплуатационных документов.

Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если:

- на расходомере-счетчике и соединительных кабелях отсутствуют механические повреждения и дефекты, препятствующих его применению;
- комплектность расходомера-счетчика, его внешний вид и надписи соответствуют требованиям эксплуатационной документации.

### 6.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения

Подтверждение соответствия программного обеспечения расходомера-счетчика проводят путем определения идентификационных данных и их сравнения с указанными в описании типа.

Идентификационные данные расходомера-счетчикачитывают с дисплея при его включении или определяют с помощью подключенного персонального компьютера и Программного пакета Vitality.

Результаты проверки подлинности ПО расходомера-счетчика считаются положительными, если определенные идентификационные данные совпадают с указанными в описании типа.

### 6.3 Опробование

Проводят проверку общей работоспособности расходомера-счетчика. При этом:

- контролируют результаты самодиагностики расходомера-счетчика при включении;
- контролируют отсутствие индикации сбоев и коммуникационных ошибок в процессе эксплуатации.

Результаты проверки общей работоспособности расходомера-счетчика считаются положительными если:

- самодиагностика расходомера-счетчика прошла успешно;
- в процессе эксплуатации индикации сбоев и коммуникационных ошибок не возникло.

### 6.4 Определение метрологических характеристик

#### 6.4.1 Проливной метод поверки

При проливном методе поверки определяют относительную погрешность при измерении объемного расхода (объема) жидкости. Измерения проводят не менее чем в пяти точках, равномерно распределенных по всему диапазону измерения объемного расхода расходомера-счетчика, указанного в паспорте, включая крайние точки. В случаях, когда наибольший объемный расход,  $Q_{\max}$ , м<sup>3</sup>/ч, превышает диапазон измерений эталона расхода, допускается поверку проливным методом проводить в диапазоне до  $0,5 \cdot Q_{\max}$ .

Объемный расход устанавливается по показаниям эталона расхода в пределах  $\pm 5\%$  от номинального значения внутри диапазона измерений объемного расхода расходомера-

счетчика. В каждой точке объемного расхода проводят измерение накопленного объема, м<sup>3</sup>, или осредненное значение объемного расхода, м<sup>3</sup>/ч. Время каждого измерения не менее двух минут. Измерение повторяют не менее трех раз. Для съема показаний расходомера-счетчика используют частотный выход.

Относительную погрешность при измерении объемного расхода, объема,  $\delta Q$ , %, рассчитывают для каждого измерения по формуле:

$$\delta Q = \frac{Q - Q_0}{Q_0} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $Q$  – объемный расход (объем) жидкости, измеренный расходомером-счетчиком, м<sup>3</sup>/ч (м<sup>3</sup>);

$Q_0$  – объемный расход (объем) жидкости, измеренный эталоном, м<sup>3</sup>/ч (м<sup>3</sup>).

Результаты поверки считают положительными, если относительная погрешность расходомера-счетчика при измерении объемного расхода (объема) жидкости при каждом измерении не превышает  $\pm 0,5\%$ . В случае, когда поверку проводят в меньшем диапазоне измерения объемного расхода, пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода (объема) жидкости в диапазоне от  $0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$  до  $Q_{\text{наиб}}$  принимают равными  $\pm 1\%$ .

#### 6.4.2 Имитационный метод поверки

При имитационном методе поверки расходомера-счетчика проводят определение относительной погрешности при измерении скорости звука в измеряемой среде и проверку стабильности нуля расходомера-счетчика.

6.4.2.1 Определение скорости звука в измеряемой среде расчетным путем проводят в следующей последовательности:

- измеряют температуру и давление (при проведении поверки под давлением) измеряемой среды в расходомере-счетчике до и после считывания скорости звука;

- по средним значениям измеренной температуры и давления определяют скорость звука в измеряемой среде,  $C_0$ , м/с, в соответствии с приложением А.

Проводят измерение скорости звука в измеряемой среде с помощью поверяемого расходомера-счетчика согласно руководству по эксплуатации в течение времени не менее двух минут и находят среднее значение,  $C$ , м/с.

Относительную погрешность при измерении скорости звука в измеряемой среде,  $\delta C$ , %, определяют по формуле:

$$\delta C = \frac{C - C_0}{C_0} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $C$  – скорость звука, измеренная расходомером-счетчиком, м/с;

$C_0$  – скорость звука, определенная расчетным путем для измеряемой среды, м/с.

Результаты поверки считают положительными, если относительная погрешность при измерении скорости звука в измеряемой среде не превышает  $\pm 0,3\%$ .

#### 6.4.2.2 Проверка стабильности нуля расходомера-счетчика

Проверку стабильности нуля расходомера-счетчика проводят в следующей последовательности:

- обеспечивают отсутствие движения измеряемой среды;

- проводят измерение скорости измеряемой среды в течение 2 минут и находят среднее значение.

6.4.2.3 Результаты поверки считают положительными, если относительная погрешность при измерении скорости звука в измеряемой среде не превышает  $\pm 0,3\%$ , измеренная расходомером-счетчиком скорость измеряемой среды при проверке стабильности нуля не превышает 0,03 м/с, при этом пределы допускаемой относительной

погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости расходомером-счетчиком принимают равными  $\pm 1\%$ .

## **7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ**

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы с указанием даты и места проведения поверки, условий поверки, применяемых эталонов, результатов расчета погрешности, калибровочных коэффициентов, записанных в электронно-вычислительном блоке.

7.2 При положительных результатах поверки на расходомер-счетчик выписывают свидетельство о поверке в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

7.3 При определении относительной погрешности расходомера-счетчика при измерении объемного расхода (объема) жидкости проливным методом в соответствии с пунктом 6.4.1 на обратной стороне свидетельства о поверке указывают диапазон объемного расхода жидкости, в котором проведена поверка, а также пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости.

7.4 При отрицательных результатах поверки расходомер-счетчик к эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности к применению с указанием причин в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

## ПРИЛОЖЕНИЕ А СКОРОСТЬ ЗВУКА В ЖИДКОСТИ

A.1 Скорость звука в воде,  $C_0$ , м/с, определяют по средним значениям измеренных температуры и давления по ГСССД 190-2000 «Вода. Скорость звука при температурах от 0...100 °C и давлениях 0,101325...100 МПа».

Скорость звука в воде для значений температуры от 0 °C до плюс 100 °C и атмосферном давлении (0,101325 МПа), приведена в таблице А.1.

Таблица А.1— Скорость звука в воде

t, °C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1402,39	1407,37	1412,23	1416,99	1421,63	1426,17	1430,60	1434,92	1439,14	1443,26
10	1447,28	1451,20	1455,03	1458,76	1462,40	1465,94	1469,40	1472,77	1476,05	1479,25
20	1482,36	1485,39	1488,33	1491,20	1493,99	1496,70	1499,34	1501,90	1504,39	1506,80
30	1509,14	1511,42	1513,62	1515,76	1517,82	1519,83	1521,76	1523,64	1525,45	1527,19
40	1528,88	1530,51	1532,07	1533,58	1535,03	1536,42	1537,76	1539,04	1540,27	1541,44
50	1542,57	1543,63	1544,65	1545,61	1546,56	1547,39	1548,21	1548,98	1549,70	1550,37
60	1551,00	1551,58	1552,11	1552,60	1553,04	1553,44	1553,80	1554,11	1554,39	1554,61
70	1554,80	1554,95	1555,06	1555,12	1555,15	1555,13	1555,08	1554,99	1554,86	1554,69
80	1554,49	1554,25	1553,97	1553,65	1553,30	1552,91	1552,49	1552,04	1551,55	1551,02
90	1550,46	1549,87	1549,24	1548,59	1547,89	1547,17	15,4642	15,4563	1544,81	1543,97
100	346,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание – t – температура воды.

A.2 Скорость звука в жидкости может быть определена по иным нормативным документам или таблицам стандартных справочных данных при этом стандартная относительная неопределенность, приписываемая функциональной зависимости, используемой для расчета скорости распространения звука в измеряемой среде не должна превышать 0,1 %.