

**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник  
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России**

**В.В. Швыдун**

**« 09 » 06 2017 г.**

**М.П.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**Антенные дипольные активные «АДА-9»**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**2017 г.**

## 1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на антенны дипольные активные «АДА-9» (далее - антенны), и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверки.

1.2 Интервал между поверками 1 год.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	+	+
2 Опробование	6.2	+	+
3 Определение метрологических характеристик	6.3		
3.1 Определение диапазона рабочих частот, значения коэффициента калибровки антенн в диапазоне рабочих частот, пределов допускаемой погрешности определения коэффициента калибровки	6.3.1	+	+
3.2 Определение коэффициента стоячей волны по напряжению	6.3.2	+	+

## 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки. Обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.3.1	Генератор сигналов высокочастотный SMR-40 (диапазон частот от 10 МГц до 40 ГГц, уровень выходного сигнала от минус 30 до 10 дБм, пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты $\pm 1 \cdot 10^{-6}$ Гц, пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня сигнала $\pm 1$ дБ; рабочий этalon единиц напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 300 Гц до 1000 МГц КОСИ НЭМП «Панировка-ЭМ» (диапазон частот от 300 Гц до 1000 МГц, диапазон частот установки электрического поля с кольцевым конденсатором от 300 Гц до 200 кГц, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения единицы напряженности $\pm 12\%$ , диапазон частот установки электрического поля с плоским конденсатором от 15 кГц до 30 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения единицы напряженности $\pm 6\%$ , диапазон частот установки электрического поля с дипольными антеннами от 30 до 1000 МГц, пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения единицы напряженности $\pm 6\%$ ); антенна измерительная П6-23М (диапазон частот от 0,85 до 17,44 ГГц, КСВН не более 1,5, эффективная площадь не менее 150 см <sup>2</sup> ); анализатор спектра Е4440А (диапазон рабочих частот от 3 Гц до 26,5 ГГц, пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты

Номер пункта методики	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки. Обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.3.2	$\pm 1,0 \cdot 10^{-6}$ , пределы допускаемой погрешности определения уровня $\pm 1,2$ дБ) Измеритель КСВН и ослаблений Р2-132 (диапазон частот от 0,01 до 8,3 ГГц, диапазон измерений КСВН от 1,03 до 5,0, пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН $\pm 25\%$ )

**Примечания**

1 Допускается использование других средств измерений, имеющих метрологические и технические характеристики, обеспечивающие определение метрологических и технических характеристик с требуемой погрешностью

2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь непросроченные свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также изложенные в технической документации антенн, в технической документации на применяемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

## 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С .....  $20 \pm 5$ ;
- относительная влажность воздуха, % ..... до 80;
- атмосферное давление, мм рт. ст. ..... от 626 до 795;
- напряжение питания, В ..... от 215 до 225;
- частота, Гц ..... от 49,5 до 50,5.

5.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выдержать antennu в условиях, указанных в п. 5.1, в течение не менее 2 ч;
- выполнить операции, оговоренные в технической документации на antennu по её подготовке к измерениям;
  - выполнить операции, оговоренные в технической документации на применяемые средства поверки по их подготовке к измерениям;
  - осуществить предварительный прогрев средств измерений для установления их рабочего режима.

## 6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие antennы требованиям технической документации. При внешнем осмотре убедиться в:

- отсутствии механических повреждений;
- чистоте разъема;
- целостности лакокрасочных покрытий и четкости маркировки.

Проверить комплектность antennы в соответствии с технической документацией.

6.1.2 Результаты поверки считать положительными, если антenna удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, комплектность полная. В противном случае антenna дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

## 6.2 Опробование

6.2.1 Произвести опробование работы антенны для оценки её исправности.

При опробовании проверить возможность сборки и подключения антенны к анализатору спектра (измерительному приемнику).

6.2.2 Результаты опробования считать положительными, если обеспечивается возможность сборки и подключения антенны к анализатору спектра (измерительному приемнику). В противном случае антenna дальнейшей поверке не подвергается, бракуется и направляется в ремонт.

## 6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1. Определение диапазона рабочих частот, значения коэффициента калибровки антенн в диапазоне рабочих частот, пределов допускаемой погрешности коэффициента калибровки

6.3.1.1 Определение значения коэффициента калибровки в диапазоне рабочих частот и погрешности определения коэффициента калибровки антенн провести при помощи рабочего эталона единиц напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 300 Гц до 1000 МГц КОСИ НЭМП «Панировка-ЭМ» (установки электрического поля с кольцевым конденсатором УЭК, установки электрического поля с плоским конденсатором УЭП, установки электрического поля с дипольными антennами УЭД), антены измерительной П6-23М, анализатора спектра Е4440А, генератора сигналов высокочастотного SMR-40.

В диапазоне частот от 9 до 100 кГц использовать установку электрического поля с кольцевым конденсатором УЭК из состава КОСИ НЭМП «Панировка-ЭМ», на частотах от 100 кГц до 30 МГц использовать установку электрического поля с плоским конденсатором УЭП из состава КОСИ НЭМП «Панировка-ЭМ», на частотах от 30 до 1000 МГц использовать установку электрического поля с дипольными антennами УЭД из состава КОСИ НЭМП «Панировка-ЭМ», на частотах от 1000 до 2000 МГц использовать антенну измерительную П6-23М, анализатор спектра Е4440А и генератор сигналов высокочастотный SMR-40.

Измерения на установках УЭК, УЭП и УЭД провести в ручном режиме (блок интерфейсных плат унифицированный БИПУ в стойках генераторно-измерительной СГИ1 и измерительно-информационной СИИ1 и в пульте генераторно-измерительном ПГИ-1 не включать).

6.3.1.2 Провести подготовку к работе в соответствии с документом «Установка электрического поля с кольцевым конденсатором УЭК. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».

Частоту выходного сигнала генератора Г4-153\* установить равной 9 кГц, уровень сигнала 100 мВ.

Примечание: \* - здесь и далее средство измерений из состава КОСИ НЭМП «Панировка-ЭМ».

На блоке коммутации БКЗ нажать клавишу «Г4-153» и подать сигнал установленного уровня и частоты на входы вольтметра В3-59\* и частотометра ЧЗ-66\*.

В соответствии с РЭ вольтметра В3-59\* и частотометра ЧЗ-66\* измерить уровень и частоту выходного сигнала генератора Г4-153\*. При необходимости провести подстройку частоты и уровня выходного сигнала генератора при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой панели генератора Г4-153\*.

6.3.1.3 Напряженность электрического поля, воспроизводимого в кольцевом конденсаторе УЭК, рассчитать по формуле (1):

$$E = U \cdot K_{EU}, \quad (1)$$

где  $E$  – напряженность электрического поля между обкладками кольцевого конденсатора, В/м;

$U$  – уровень выходного сигнала генератора, измеренное вольтметром В3-59\*, В;

$K_{EU}$  – коэффициент преобразования УЭК, записанный в свидетельстве о поверке,  $K_{EU} = 2,558 \text{ м}^{-1}$ .

В рабочую зону кольцевого конденсатора УЭК поместить испытуемую антенну АДА-9. Антенну установить на диэлектрическом штативе на согласованной поляризации. Выход антенны АДА-9 подключить к входу вольтметра В3-59\* стойки измерительно-информационной СИИ1, используя высокочастотный пробник из состава вольтметра В3-59\* и 50-омную нагрузку.

Измерить уровень сигнала на выходе антенны АДА-9.

Коэффициент калибровки антенны АДА-9 на фиксированной частоте рассчитать по формуле (2):

$$K_{ADA-9} = \frac{E}{U_{ADA-9}}, \quad (2)$$

где  $K_{ADA-9}$  – коэффициент калибровки антенны АДА-9,  $\text{м}^{-1}$ ;

$E$  – напряженность электрического поля между обкладками кольцевого конденсатора, рассчитанная по формуле (1), В/м;

$U_{ADA-9}$  – уровень сигнала на выходе антенны АДА-9, измеренный вольтметром В3-59\*, В.

Провести пересчет коэффициента калибровки  $K_{AI}$  в логарифмические единицы (дБ [ $\text{м}^{-1}$ ]) по формуле (3):

$$K_{AI} = 20 \cdot \lg K_{AI}. \quad (3)$$

Аналогичные измерения и расчеты провести на частотах 10, 20, 50, 100 кГц.

Погрешность коэффициента калибровки  $\delta_\Sigma$ , дБ, рассчитать по формуле (4):

$$\delta_\Sigma = 20 \cdot \lg(1 + 1,1 \cdot \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \delta_3^2}), \quad (4)$$

где  $\delta_1$  – относительная погрешность воспроизведения единицы напряженности электрического поля УЭК,  $\delta_1 = 0,12$ ;

$\delta_2$  – погрешность измерений вольтметра В3-59\*,  $\delta_2 = 0,04$ ;

$\delta_3$  – погрешность установки уровня выходного сигнала установки генератора Г4-153\*,  $\delta_3 = 0,08$ .

Выход блока коммутации БК3 подключить к плоскому конденсатору УЭП.

Провести подготовку к работе в соответствии с документом «Установка электрического поля с плоским конденсатором УЭП. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».

Частоту выходного сигнала генератора Г4-154\* установить равной 200 кГц, уровень 100 мВ.

На блоке коммутации БК3 нажать клавишу «Г4-154» и подать сигнал установленного уровня и частоты на входы вольтметра В3-59\* и частотомера ЧЗ-66\*.

В соответствии с РЭ вольтметра В3-59\* и частотомера ЧЗ-66\* измерить уровень и частоту выходного сигнала генератора Г4-154\*. При необходимости провести подстройку частоты и уровня выходного сигнала генератора при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой панели генератора Г4-154\*.

Напряженность электрического поля, воспроизведенного в плоском конденсаторе УЭП, рассчитать по формуле (5):

$$E = U \cdot K_{UE}, \quad (5)$$

где  $E$  – напряженность электрического поля между обкладками плоского конденсатора, В/м;

$U$  – уровень выходного сигнала генератора, измеренное вольтметром В3-59\*, В;

$K_{UE}$  – коэффициент преобразования УЭП, записанный в свидетельстве о поверке,  $\text{м}^{-1}$ .

Значение коэффициента  $K_{UE}$  выбрать из таблицы 3.

Таблица 3

Частота, кГц	$K_{UE}, \text{м}^{-1}$
200	1,88
500	1,89
1000	1,89
2000	1,90
5000	1,87
10000	1,85
20000	1,97
30000	1,89

В рабочую зону плоского конденсатора УЭП поместить испытуемую антенну АДА-9. Антенну установить на диэлектрическом штативе на согласованной поляризации. Выход антенны АДА-9 подключить к входу вольтметра В3-59\* стойки измерительно-информационной СИИ1, используя высокочастотный пробник из состава вольтметра В3-59\* и 50-Омную нагрузку.

Измерить уровень сигнала на выходе антенны АДА-9.

Коэффициент калибровки антенны АДА-9 на фиксированной частоте рассчитать по формулам (2) и (3).

Аналогично определить коэффициент калибровки антенны АДА-9 на частотах 500 кГц, 1, 2, 5, 10, 20, 30 МГц.

Погрешность коэффициента калибровки  $\delta_\Sigma$ , дБ, рассчитать по формуле (6):

$$\delta_\Sigma = 20 \cdot \lg(1 + 1,1 \cdot \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \delta_3^2}), \quad (6)$$

где  $\delta_1$  – относительная погрешность воспроизведения единицы напряженности электрического поля УЭП,  $\delta_1 = 0,12$ ;

$\delta_2$  – погрешность измерений вольтметра В3-59\*,  $\delta_2 = 0,04$ ;

$\delta_3$  – погрешность установки уровня выходного сигнала установки генератора Г4-154\*,  $\delta_3 = 0,08$ .

6.3.1.4 Определение коэффициента калибровки антенны АДА-9 в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц провести с помощью установки электрического поля с дипольными антеннами УЭД на частотах 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 МГц методом замещения.

Провести подготовку к работе всех приборов, входящих в состав ПГИ1 и СИИ1, в соответствии с «Установка электрического поля с дипольными антеннами УЭД. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». Установка готова через 60 минут после включения всех приборов (при измерениях в ручном режиме БИПУ не включать).

Установить излучатель биконический ИБ1 и антенну биконическую АБ1 в положение, соответствующее горизонтальной поляризации. Высоту  $h$  центра антенн и расстояние между ними  $D$  определить из условий (7):

$$h = n \cdot \frac{\lambda}{4}, \quad D = n \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad (7)$$

где  $\lambda$  – длина волны,  
 $n = 1, 2, 3, \dots$ .

На частотах 50, 100, 200 МГц использовать генератор Г4-151\* в совокупности с усилителем мощности от 30 до 300 МГц. На частотах 300, 400, 500, 600 МГц использовать генератор Г4-159\*. На частотах 700, 800, 1000 МГц использовать генератор Г4-160\*. Выходы генераторов подключить к входам блока коммутации БК4. Выход блока коммутации БК4 подключить к излучателю биконическому ИБ1.

Установить на генераторе частоту 50 МГц.

Меняя напряжение на выходе генератора, установить ориентировочное значение напряженности электрического поля в месте расположения АБ1. Напряженность электрического поля  $E$  в мВ/м в месте расположения АБ1 определить по формуле (8):

$$E = K \cdot \sqrt{\frac{P}{R_m}}, \quad (8)$$

где  $K$  – градуировочный коэффициент антенны биконической АБ1, Ом/м, приведён в табл. 4 и 5;

$P$  – мощность, мкВт;

$R_m$  – рабочее сопротивление термисторного моста, Ом (150 Ом).

Таблица 4

F, МГц	50	100	200	300
K, Ом/м · 1000	0,327	0,276	0,511	1,10

Таблица 5

F, МГц	300	400	500	600	700	800	1000
K, Ом/м · 1000	0,774	0,97	1,32	1,67	3,31	4,87	4,94

Под действием электрического поля в антенне биконической возбуждается переменное напряжение, которое поступает на вход головки термисторной М5-88\*. Мощность  $P$ , выделяемую в головке термисторной М5-88\*, измерить измерителем мощности М3-22А\*.

Отключить выход блока коммутации БК4, заменить антенну АБ1 на измерительную антенну АДА-9. Антенну установить на диэлектрическом штативе на согласованной поляризации. Выход антенны АДА-9 подключить к входу вольтметра В3-59\* стойки измерительно-информационной СИИ1, используя высокочастотный пробник из состава вольтметра В3-59\* и 50-Омную нагрузку.

Измерить уровень сигнала на выходе антенны АДА-9.

Коэффициент калибровки антенны АДА-9 на фиксированной частоте рассчитать по формулам (2) и (3).

Аналогично определить коэффициент калибровки антенны АДА-9 на частотах 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 МГц.

Погрешность коэффициента калибровки  $\delta_\Sigma$ , дБ, рассчитать по формуле (9):

$$\delta_\Sigma = 20 \cdot \lg(1 + 1,1 \cdot \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2}), \quad (9)$$

где  $\delta_1$  – относительная погрешность воспроизведения единицы напряженности электрического поля УЭД,  $\delta_1 = 0,06$ ;

$\delta_2$  – погрешность измерений вольтметра В3-59\*,  $\delta_2 = 0,04$ ;

$\delta_3$  – погрешность установки уровня выходного сигнала установки генератора Г4-151\* (Г4-159\*, Г4-160\*),  $\delta_3 = 0,001$  (0,01) соответственно;

$\delta_4$  – погрешность определения градуировочного коэффициента антенны АБ1,  $\delta_4 = 0,05$ .

6.3.1.5 Определение коэффициента калибровки испытуемой антенны в диапазоне частот от 1000 до 2000 МГц провести в безэховой камере с коэффициентом безэховости в диапазоне частот от 1000 до 2000 МГц не более минус 20 дБ.

Измерения провести методом образцовой антенны с использованием измерительной антенны П6-23М. Вспомогательное поле в рабочей зоне камеры создать антенной-излучателем.

Измерить с помощью анализатора спектра Е4440А уровень сигнала с выхода антенны П6-23М  $A_0$  (дБм), уровень сигнала с выхода испытуемой антенны  $A_A$  (дБм), которая устанавливается вместо антенны П6-23М. Коэффициент калибровки исследуемой антенны определить по формуле (10):

$$K_{ADA-9} = K_{\vartheta} + A_0 - A_A, \quad (10)$$

где  $K_{\vartheta}$  – коэффициент калибровки антенны П6-23М.

Погрешность определения коэффициента калибровки  $\delta_{\Sigma}$  в диапазоне частот от 1000 до 2000 МГц рассчитать по формуле (11):

$$\delta_{\Sigma} = 20 \cdot \lg(1 + 1,1 \cdot \sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \delta_3^2 + \delta_4^2}), \quad (11)$$

где  $\delta_1$  – погрешность коэффициента калибровки антенны П6-23М (1,0 дБ);

$\delta_2$  – погрешность измерения уровня сигнала анализатора спектра Е4440А;

$\delta_3$  – погрешность из-за рассогласования трактов антенны П6-23М и испытуемой антенны (не превышает 0,3 дБ).

$\delta_4$  – погрешность из-за неточности юстировки антенны и определения положения фазового центра (не превышает 0,4 дБ).

6.3.1.6 Результаты поверки считать удовлетворительными, если диапазон рабочих частот антенны составляет от 0,009 до 2000 МГц, значения коэффициента калибровки в диапазоне рабочих частот находятся в пределах от 0 до 45 дБ ( $m^{-1}$ ), значения погрешности коэффициента калибровки находятся в пределах  $\pm 2$  дБ.

### 6.3.2 Определение коэффициента стоячей волны по напряжению

Определение КСВН антенны АДА-9 провести в экранированном помещении при помощи измерителя КСВН и ослаблений Р2-132 на двух крайних и трех промежуточных частотах 200, 500, 1000, 1500, 2000 МГц.

6.3.2.1 Измеритель Р2-132 заземлить, включить и прогреть в течение времени, указанного в его РЭ.

Провести калибровку измерителя согласно его РЭ.

Выход антенны АДА-9 подключить к входу измерителя Р2-132. Измерения провести в активном режиме антенны.

Измерение КСВН антенны АДА-9 провести в соответствии с РЭ на Р2-132.

6.3.2.2 Результаты поверки считать удовлетворительными, если значение коэффициента стоячей волны по напряжению антенны АДА-9 составляет не более 2,5.

## 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При положительных результатах поверки на антенные выдается свидетельство установленной формы.

7.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.

7.3 Знак поверки наносится на корпус антенны в виде наклейки и в свидетельство о поверке в виде оттиска клейма.

7.4 При отрицательных результатах поверки антenna бракуется и направляется в ремонт. На забракованную antennу выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

Начальник отдела  
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

Младший научный сотрудник  
ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

  


К. Черняев

В. Медведева