

Федеральное государственное унитарное предприятие
Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы (ФГУП «ВНИИМС»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП «ВНИИМС»

Н.В. Иванникова
М.п. « 15 » 05 2020 г.



Устройства сбора и передачи данных УСПД КМ ЭНТЕК Е2Р2 (G)

Методика поверки

АФЛС.421455.007 МП

г. Москва
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ.....	3
2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	3
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	3
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
6 УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ.....	4
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	5
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	7

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на устройства сбора и передачи данных УСПД КМ ЭНТЕК Е2Р2 (G) (далее УСПД КМ ЭНТЕК) производства ООО «Энтэлс», г. Москва, предназначенные для автоматизации учета энергоресурсов и диспетчеризации объектов энергетики, промышленности и ЖКХ, обеспечивая обработку, хранение, преобразование и обмен информацией с серверами сбора.

Методика устанавливает объем, методы и средства первичной и периодической поверок УСПД КМ ЭНТЕК и порядок оформления результатов поверки.

Допускается проведение поверки отдельных модулей и (или) отдельных ИК в составе модуля УСПД КМ ЭНТЕК в соответствии с письменным заявлением владельца УСПД КМ ЭНТЕК с обязательным указанием информации об объеме проведенной поверки в перечне поверенных модулей и (или) отдельных ИК, являющимся неотъемлемой частью свидетельства о поверке УСПД КМ ЭНТЕК.

Отдельные модули и (или) отдельные ИК в составе модуля, прошедшие поверку с отрицательным результатом, выводятся из эксплуатации и не включаются в перечень поверенных отдельных модулей и (или) отдельных ИК в составе модуля, являющийся неотъемлемой частью свидетельства о поверке.

После ремонта УСПД КМ ЭНТЕК, а также после замены его измерительных компонентов проводят первичную поверку. Допускается проводить поверку только тех отдельных модулей и (или) отдельных ИК в составе модуля, которые подверглись указанным выше воздействиям. При этом срок действия свидетельства о поверке на УСПД КМ ЭНТЕК в части указанных отдельных модулей и (или) отдельных ИК в составе модуля устанавливается до окончания срока действия основного свидетельства о поверке.

Интервал между поверками - 10 лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Выполнение операций при поверке		Пункт методики поверки
	Первичной и после ремонта	Периодической	
Внешний осмотр и проверка комплектности УСПД КМ ЭНТЕК	да	да	7.1
Опробование УСПД КМ ЭНТЕК	да	да	7.2
Проверка абсолютной среднесуточной погрешности текущего времени часов УСПД КМ ЭНТЕК	да	да	7.3
Проверка идентификационных данных программного обеспечения	да	да	7.4
Оформление результатов поверки	да	да	8

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Для проведения поверки должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 2

Таблица 2 – Рекомендуемые средства измерений для проведения поверки

Наименование средства измерений	Тип	Рег. № в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ²
Блок коррекции времени	ЭНКС-2	37328-15
Прибор комбинированный ¹	Testo 608-H2	53505-13
Барометр-анероид метеорологический ¹	БАММ-1	5738-76

¹ средства измерений используются для контроля климатических условий поверки;
² метрологические характеристики средств измерений указаны в описаниях типов средств измерений

Для контроля климатических условий рекомендуется использовать средства измерений приведенные в таблице 2.

Для контроля климатических условий допускается применение других аналогичных средств измерений, пределы допускаемой погрешности которых не превышают пределов, указанных в описаниях типов рекомендуемых для контроля условий поверки средств измерений.

Допускается использовать иные эталоны, не приведенные в таблице 2, при соблюдении следующих условий:

- погрешность средств измерений не должна быть более 1/5 предела контролируемого значения погрешности;
- допускается использовать средства измерений, имеющие пределы допускаемых значений погрешности не более 1/3 пределов контролируемых значений погрешности, в этом случае должен быть введен контрольный допуск, равный 0,8 (см. МИ 187-86, МИ 188-86);

Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены и иметь действующие свидетельства.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Поверку УСПД КМ ЭНТЕК должен выполнять поверитель, прошедший инструктаж по технике безопасности, освоивший работу с УСПД КМ ЭНТЕК и используемым для поверки оборудованием, изучивший настоящую методику поверки и техническую документацию на УСПД КМ ЭНТЕК.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.091-94 и требования по безопасности, оговоренные в Технической документации на УСПД КМ ЭНТЕК, применяемое оборудование.

6 УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

6.1 Поверка УСПД КМ ЭНТЕК должна проводиться в нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность окружающего воздуха 30 - 80 %;
- атмосферное давление 85 - 105 кПа;
- практическое отсутствие внешнего магнитного поля;
- напряжение питающей сети (номинальное значение $\pm 2\%$);
- частота сети $(50 \pm 1) \text{ Гц}$.

Стабильность окружающих условий на период поверки контролируется.

Допускается проведение поверки на месте эксплуатации УСПД КМ ЭНТЕК в рабочих условиях в части температуры и влажности, если при этом соблюдаются условия применения средств поверки.

6.2 Перед началом поверки поверитель должен изучить руководство по эксплуатации АФЛС.421455.007 РЭ, руководства на оборудование используемое при поверке.

6.3 Перед проведением поверки УСПД КМ ЭНТЕК выдерживают не менее 2-х часов в нормальных условиях по п. 6.1.

6.4 Перед проведением поверки ИК на месте эксплуатации автоматизированной системы проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению:

- доступа поверителей к местам расположения входных цепей ИК и выходным датчикам;

- отключения входных цепей ИК от измерительных преобразователей (датчиков) и, в необходимых случаях, отключения УСПД КМ ЭНТЕК от сети питания.

6.5 Средства измерений устанавливают в нормальное положение и подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

6.6 При всех видах поверок, кроме первичной, предъявляют свидетельство о предыдущей поверке УСПД КМ ЭНТЕК (или документ его заменяющий).

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра УСПД КМ ЭНТЕК выполняются следующие операции:

7.1.1 Соответствие комплектности УСПД КМ ЭНТЕК технической документации.

7.1.2 Проверка маркировки УСПД КМ ЭНТЕК и соответствие заводских номеров на табличке (шильдике) УСПД КМ ЭНТЕК, номерам указанным в паспорте. Способ изготовления таблички устанавливается заводом-изготовителем. Маркировка и функциональные надписи, относящиеся к световым индикаторам, и присоединения, должны восприниматься без затруднений и неоднозначности.

7.1.3 Наличие свидетельства о предыдущей поверке.

7.1.4 Проверка наличия пломб и защитных наклеек в оговоренных местах.

7.1.5 Проверка внешнего вида УСПД КМ ЭНТЕК с целью выявления возможных механических повреждений.

7.1.6 Проверка целостности кабелей связи.

Примечание: п 7.1.3, 7.1.4 выполняются во время периодической поверки.

Не допускают к дальнейшей поверке УСПД КМ ЭНТЕК, у которых обнаружено неудовлетворительное крепление разъемов, грубые механические повреждения наружных частей и прочие повреждения.

7.2 Опробование

Подключить УСПД КМ ЭНТЕК по следующей схеме:



7.2.1 Запуск контроллера УСПД КМ ЭНТЕК проводится в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации АФЛС.421455.007 РЭ. В соответствии с состоянием системы отображаемой на экране монитора, принимается решение о корректной и исправной работе контроллера.

Поверитель должен убедиться, что программа «Enlogic» может:

- считывать архив данных из прибора;
- считывать разницу внутренних часов УСПД КМ ЭНТЕК и компьютера;
- записывать и считывать конфигурацию с прибора УСПД КМ ЭНТЕК.

7.3 Проверка абсолютной среднесуточной погрешности текущего времени

Проверку абсолютной среднесуточной погрешности хода часов УСПД КМ ЭНТЕК проводить следующим способом:

Подключить УСПД КМ ЭНТЕК по следующей схеме:



Настраивают источник точного времени. Выполняют предустановку времени УСПД КМ ЭНТЕК в соответствии с сигналами от эталонного источника с помощью сервисного ПО, и синхронизируют время в УСПД КМ ЭНТЕК с временем эталона. По истечении 4 часов с момента синхронизации часов УСПД КМ ЭНТЕК с эталонным источником повторно синхронизируют время УСПД КМ ЭНТЕК с временем эталона при помощи сервисного ПО. С помощью тестового ПО просматривают величину коррекции времени в журнале событий УСПД КМ ЭНТЕК.

Примечание – На всем интервале определения погрешности отсчета текущего времени не допускается перезагрузка УСПД КМ ЭНТЕК.

Рассчитывают абсолютную погрешность хода часов УСПД КМ ЭНТЕК по формуле 1.

$$\Delta = (H.M.S.MS.K_{\text{изм}} - H.M.S.MS.K_{\text{этм}}) \times N / H.M.S.MS.K_{\text{инт}}, \quad (1)$$

где Δ – абсолютная среднесуточная погрешность хода часов;

$H.M.S.MS.K_{\text{изм}}$ – часы, минуты, секунды, миллисекунды (ч, мин, с, мс) эталонного источника времени;

$H.M.S.MS.K_{\text{этм}}$ – ч, мин, с, мс проверяемого УСПД КМ ЭНТЕК;

$H.M.S.MS.K_{\text{инт}}$ – ч, мин, с, мс интервала между двумя синхронизациями времени;

$N = 24$ ч (мс).

Время проверки, не менее 4 ч (мс).

Сопоставляют Δ с пределами Δ_i , указанными в описании типа на УСПД КМ ЭНТЕК. Если выполняется неравенство $\Delta < \Delta_i$, то УСПД КМ ЭНТЕК считают прошедшим проверку.

Примечание к п. 7.3

При проведении проверки на месте эксплуатации УСПД КМ ЭНТЕК в рабочих условиях (п. 6.1), расчет пределов допускаемой погрешности, производится с учетом пределов дополнительной допускаемой погрешности, указанной в описании типа на УСПД КМ ЭНТЕК.

Пределы допускаемых значений погрешности $\Delta_{\text{УСПД КМ ЭНТЕК}}$ в фактических условиях вычисляют по формуле (2):

$$\Delta_{\text{КМ ЭНТЕК}} = \pm \left(\Delta_{o,i} + \sum_{k=1}^n \Delta_k \right) \quad (2)$$

где $\Delta_{o,i}$ – пределы допускаемой основной погрешности i -го измерительного компонента;

Δ_k – пределы допускаемой дополнительной погрешности i -го измерительного компонента от k -го влияющего фактора в реальных условиях проверки при общем числе n учитывающих влияющих факторов.

7.4 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

Проводится проверка соответствия следующих заявленных идентификационных данных программного обеспечения:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения;
- проверка уровня защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

Проверка контрольной суммы выполняется следующим образом:

- подключить технологическую ПЭВМ к порту УСПД КМ ЭНТЕК;
- с помощью программы WinSCP или аналогичной получить доступ к файловой системе УСПД КМ ЭНТЕК (необходимо знать параметры доступа, имя пользователя и пароль);
- перейти в нужную директорию /mnt/ufs/home/enlogic/,
Выбрать в меню «Commands»/ «Open Terminal».

Вычислить контрольную сумму MD5 модуля получения данных от внешних устройств (файла enlogic-drv), подав команду md5sum enlogic-drv.

Утилита выдаст вычисленную контрольную сумму в шестнадцатеричном виде.

УСПД КМ ЭНТЕК признают прошедшим идентификацию ПО, если заявленные идентификационные данные ПО отображаемые на дисплее ПК соответствуют данным, приведенным в описании типа средства измерений.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 По окончанию работ по поверке оформляют результаты поверки путем записи в паспорте УСПД КМ ЭНТЕК или выписывают свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с приказом № 1815 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Знак поверки наносится в паспорт и (или) на свидетельство о поверке.

8.2 При отрицательных результатах поверки УСПД КМ ЭНТЕК к эксплуатации не допускается. Производится запись в паспорте УСПД КМ ЭНТЕК о непригодности его к эксплуатации, выписывают на них извещение о непригодности, оформленное в соответствии с приказом № 1815 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Разработали:

Зам. Начальника отдела 201 ФГУП «ВНИИМС»

Ю. А. Шатохина

Инженер 2 кат. ФГУП «ВНИИМС»

А.В. Лапин