

УТВЕРЖДАЮ

(Раздел "Методика поверки")

Заместитель директора
по производственной метрологии
ФГУП "ВНИИМС"



Н.В.Иванникова

23 июня 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО НПФ ЛОГИКА

П.Б.Никитин



20 апреля 2016 г.



КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛОГИКА 6764

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

РАЖГ.421431.040 РЭ – ЛУ

Инв. № подлинника	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубликата	Подпись и дата

УТВЕРЖДЕН
РАЖГ.421431.040 РЭ – ЛУ

КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛОГИКА 6764
Руководство по эксплуатации
РАЖГ.421431.040 РЭ



КОПИЯ ВЕРНА

Технический директор АО НПФ ЛОГИКА

Фомин Д.В.



УТВЕРЖДЕН

РАЖГ.421431.040 РЭ – ЛУ

КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛОГИКА 6764

Руководство по эксплуатации

РАЖГ.421431.040 РЭ



Содержание

Введение.....	3
1 Назначение.....	3
2 Состав	3
3 Технические данные	5
3.1 Эксплуатационные характеристики	5
3.2 Функциональные возможности	5
3.3 Диапазоны измерений.....	5
3.4 Метрологические характеристики.....	5
4 Безопасность	6
5 Подготовка к работе.....	6
5.1 Общие указания.....	6
5.2 Монтаж электрических цепей	6
5.3 Монтаж оборудования	7
5.4 Комплексная проверка.....	7
6 Методика поверки	7
6.1 Общие положения	7
6.2 Операции поверки.....	7
6.3 Проведение поверки.....	7
6.4 Оформление результатов.....	7
7 Транспортирование и хранение	8
Приложение А Основные характеристики преобразователей	9

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляющих монтаж, обслуживание и поверку измерительных комплексов ЛОГИКА 6764 (далее – ИК).

Руководство содержит сведения о составе, технических характеристиках и монтаже ИК. Руководство не заменяет эксплуатационную документацию оборудования, входящего в состав ИК. При проектировании и эксплуатации следует дополнительно пользоваться документацией, поставляемой в комплекте этого оборудования, а также ГОСТ Р 8.740-2011 "Расход и количество газа. Методика измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков".

Пример записи ИК: "Комплекс измерительный ЛОГИКА 6764-10-3612В, ТУ 4217-097-23041473-2016".

1 Назначение

ИК предназначены для измерения расхода и объема природного газа, технических газов различного состава¹ при рабочих условиях, температуры окружающего воздуха, атмосферного давления и других параметров контролируемой среды и приведения результатов измерений расхода и объема газа к стандартным условиям.

2 Состав

В составе ИК применяются корректоры, измерительные адаптеры, преобразователи² расхода, давления и температуры и барьеры искрозащиты, типы которых приведены в таблицах 2.1 – 2.6.

ИК различаются, в зависимости от заказа, количеством, составом и классом³ измерительных каналов объема.

Структура обозначения ИК приведена на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 – Структура обозначения ИК

¹ Метан, этан, пропан, н-бутан, и-бутан, н-пентан, и-пентан, гексан, азот, аргон, аммиак, водород, гелий-4, диоксид углерода, моноксид углерода, кислород, этилен, сероводород, ацетилен, воздух, неон, пропилен, хлор и их смеси, в том числе доменный и коксовый газы.

² Основные характеристики преобразователей приведены в приложении А.

³ Класс – уровень точности по ГОСТ Р 8.740-2011.

Таблица 2.1 – Корректор

Тип корректора	Код	Применяемость ¹
СПГ761	1	Б, В, Г
СПГ762	2	Б, В, Г

Таблица 2.2 – Измерительные адаптеры

Тип и количество	Код	Применяемость ¹
Без адаптеров	0	Б, В, Г
Один адаптер АДС97	1	Б, В, Г
Два адаптера АДС97	2	Б, В, Г

Таблица 2.3 – Преобразователи расхода

Тип преобразователя	Код	Применяемость ¹
СГ	11	Г
СТГ	12	Г
РСГ	13	Б, В, Г
RVG	14	Г
DELTA	15	Б, В, Г
TZ/FLUXI	16	В, Г
YEWFLO DY	31	В, Г
PROWIRL	32	В, Г
OPTISWIRL 4070	33	Г
ЭВ-200	34	Г
ДРГ.М	35	Г
PRO-V	36	В, Г
ИРВИС-К300	37	Г

Таблица 2.4 – Преобразователи давления

Тип преобразователя	Код	Применяемость ¹
Метран-150	1	Б, В, Г
СДВ	1	В, Г
DMP	1	В, Г
АИР-20/М2	1	В, Г
АИР-30	1	Г
ПД100И	1	В, Г
EJ*	1	Б, В, Г
3051	1	Б, В, Г
МИДА-13П	2	Б, В, Г
Метран-55	2	В, Г
АИР-10	2	Г

Таблица 2.5 – Преобразователи температуры

Тип преобразователя	Код	Применяемость ¹
ТС	1	Б, В, Г
ТЭМ-100	2	Б, В, Г
ТПТ-1 (-17; -19)	2	Б, В, Г
ТПТ-15	2	Б, В, Г
ТСП-Н	2	Б, В, Г

Таблица 2.6 – Барьеры искрозащиты

Тип барьера	Применяемость ¹
TCC-Ex	Б, В, Г
Z755	В, Г

¹ Для класса измерительного канала объема.

3 Технические данные

3.1 Эксплуатационные характеристики

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 10 до плюс 50 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C и более низких температурах;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм, частота от 10 до 55 Гц.

Электропитание: (220+22/-33) В (50±2) Гц (непосредственно или через сетевые адаптеры).

Средняя наработка на отказ: 40000 ч.

Средний срок службы: 12 лет.

3.2 Функциональные возможности

ИК позволяют обслуживать двенадцать трубопроводов, в которых могут быть установлены в любой комбинации восемь датчиков с выходным сигналом тока, четыре датчика с частотным или импульсным сигналом и четыре с сигналом сопротивления, образуя конфигурацию 8I+4F+4R датчиков, непосредственно подключаемых к корректору. С помощью измерительных адаптеров АДС97, связанных с корректором по интерфейсу RS485, можно расширить конфигурацию датчиков до 12I+8F+8R при использовании одного, и до 16I+12F+12R при использовании двух адаптеров.

ИК позволяют суммировать данные по произвольным группам трубопроводов (потребителям), количество которых может достигать шести.

При работе в составе узла учета газа ИК обеспечивают:

- измерение расхода и объема газа при рабочих условиях, температуры, давления и разности давлений;
- приведение результатов измерений расхода и объема к стандартным условиям $T_c=293,15$ К и $P_c=0,101325$ МПа;
- архивирование значений объемов газа при рабочих и при стандартных условиях, среднего расхода газа при рабочих условиях, средней температуры и среднего давления в часовом, суточном и месячном архивах;
- архивирование сообщений об изменении настроек параметров;
- архивирование сообщений о нештатных ситуациях;
- показания текущих, архивных и настроек параметров настроенном дисплее корректора;
- защиту архивных данных и настроек параметров от изменений.

3.3 Диапазоны измерений

Диапазоны измерений:

- от 0,1 до $4,5 \cdot 10^5$ м³/ч – расход;
- от $2 \cdot 10^{-5}$ до $9 \cdot 10^8$ м³ – объем;
- от минус 50 до плюс 200 °C – температура;
- от 0 до 7 МПа – давление;
- от 0 до 1000 кПа – разность давлений.

3.4 Метрологические характеристики

Пределы допускаемой погрешности (в зависимости от класса измерительного канала объема) составляют:

- измерение расхода и объема при рабочих условиях (относительная)..... $\pm 0,75\%$ (Б), $\pm 1\%$ (В), $\pm 2\%$ (Г);
- измерение расхода и объема при стандартных условиях (относительная)..... $\pm 1\%$ (Б), $\pm 1,5\%$ (В), $\pm 2,5\%$ (Г);
- измерение давления (приведенная к верхнему пределу измерений)..... $\pm 0,3\%$ (Б), $\pm 0,5\%$ (В), $\pm 0,8\%$ (Г);
- измерение температуры (абсолютная)..... $\pm(0,3+0,002 \cdot |t|)^\circ\text{C}$ (Б, В); $\pm(0,8+0,004 \cdot |t|)^\circ\text{C}$ (Г);
- измерение разности давлений (приведенная к верхнему пределу измерений)..... $\pm 1\%$ (Б, В, Г);
- погрешность часов (относительная)..... $\pm 0,01\%$ (Б, В, Г).

4 Безопасность

ИК не являются взрывозащищенным оборудованием. При размещении ИК на объектах, где необходимо обеспечение взрывобезопасности, следует руководствоваться стандартами, устанавливающими требования к электрооборудованию для взрывоопасных газовых сред.

Защита оператора от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2012 при работе с ИК обеспечена конструкцией корректора. Действия оператора, связанные с эксплуатацией ИК, должны быть строго ограничены исключительно работой с лицевой панелью корректора.

При монтаже и техническом обслуживании ИК источниками опасности являются напряжение 220 В переменного тока в силовой сети и повышенное давление газа в трубопроводах.

Подключение внешних цепей составных частей ИК должно осуществляться при обесточенных цепях электропитания. Устранение дефектов и замену составных частей ИК следует проводить при отсутствии избыточного давления газа в трубопроводах и их перекрытии непосредственно перед составными частями и за ними.

5 Подготовка к работе

5.1 Общие указания

После распаковки составных частей ИК необходимо проверить их комплектность на соответствие паспорту. Затем составные части помещают не менее чем на сутки в сухое отапливаемое помещение; после этого можно проводить работы по их монтажу и вводу в эксплуатацию. На время проведения работ, когда крышки монтажных отсеков корректора и электронных блоков преобразователей сняты, необходимо обеспечить защиту от попадания пыли и влаги внутрь их корпусов.

5.2 Монтаж электрических цепей

Подключение датчиков и прочего оборудования к корректору выполняют многожильными кабелями. Для защиты от влияния промышленных помех следует использовать экранированные кабели. В условиях эксплуатации помехи могут быть обусловлены различными факторами, например, работой тиристорных и иных преобразователей частоты, коммутацией мощных нагрузок с помощью контакторов и реле, короткими замыканиями в электроустановках, резкими изменениями нагрузки в электрических распределительных системах, срабатыванием защитных устройств в электрических сетях, электромагнитными полями от радио- и телевизионных передатчиков, токами растекания при разрядах молний и пр. Если в непосредственной близости от оборудования узла учета отсутствуют промышленные агрегаты, способные порождать подобные факторы возникновения помех, допускается использовать неэкранированные кабели.

При использовании экранированных кабелей рабочее заземление их экранного оплеток должно выполняться только в одной точке, как правило, на стороне корректора. Оплетки должны быть электрически изолированы по всей длине кабеля, использование их для заземления корпусов датчиков и прочего оборудования не допускается.

Если для работы составных частей требуются вторичные источники питания постоянного тока, в качестве таковых следует использовать сетевые адAPTERЫ¹ АДП182 или АДП183 либо иные блоки питания, соответствующие требованиям стандартов электромагнитной совместимости и безопасности.

Предельная длина линий связи между корректором и датчиками определяется сопротивлением каждого провода цепи, которое не должно превышать 250 Ом с учетом сопротивления барьера искро-защиты. Длина линий связи между корректором и внешним оборудованием, подключенным по интерфейсу RS232, не должна превышать 10 м, по интерфейсу RS485 – 1 км.

Электрическое сопротивление изоляции между проводами, а также между каждым проводом и экранной оплеткой или рабочим заземлением должно быть не менее 20 МОм – это требование обеспечивается выбором кабелей и качеством монтажа цепей.

По окончании монтажа электрических цепей следует убедиться в правильности выполнения всех соединений, например, путем их "прозвонки". Этому этапу работы следует уделить особое внимание – ошибки монтажа могут привести к отказу оборудования.

¹ Изготовитель адAPTERов – АО НПФ ЛОГИКА, г.Санкт-Петербург.

5.3 Монтаж оборудования

Монтаж оборудования ИК следует выполнять при отключенных монтажных участках газопровода, руководствуясь проектной документацией и указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации составных частей ИК.

По окончании монтажа проверяют плотность участков газопровода с установленными преобразователями, выполняют продувку и заполнение газом монтажных участков.

5.4 Комплексная проверка

На завершающем этапе подготовки к работе в корректор вводят настроочные данные, с помощью которых осуществляется "привязка" ИК к конкретным условиям применения (это можно сделать до монтажа корректора на объекте, в лабораторных условиях). Значения настроочных данных обычно приведены в проектной документации. После ввода настроенных данных контролируют работоспособность смонтированной системы по показаниям измеряемых параметров, значения которых должны соответствовать режимам работы узла.

В завершение комплексной проверки пломбируют органы управления, настройки и регулировки составных частей ИК, разъемные соединения и клеммные коробки линий связи.

6 Методика поверки

6.1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на комплексы измерительные ЛОГИКА 6764 (далее – ИК), выпускаемые по техническим условиям ТУ 4217-097-23041473-2016.

Для ИК установлен поэлементный метод поверки. Настоящая методика применяется при условии, что каждая составная часть ИК является средством измерений утвержденного типа и подвергается поверке в установленном порядке.

ИК подвергают первичной (до ввода в эксплуатацию и после ремонта¹) и периодической (при эксплуатации) поверкам.

Интервал между поверками при эксплуатации составляет:

- 2 года для ИК с преобразователями ИРВИС-К300;
- 3 года для ИК с преобразователями ДРГ.М, PRO-V, МИДА-13П, Метран-55, АИР-10 и с барьерами искрозащиты.
- 4 года для остальных ИК.

6.2 Операции поверки

При поверке выполняют проверку состава и комплектности, поверку составных частей и подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО).

6.3 Проведение поверки

6.3.1 Проверку состава и комплектности проводят при выпуске ИК из производства, при эксплуатации и после ремонта.

Проверку выполняют на основании сведений, содержащихся в паспорте ИК и паспортах его составных частей. Контролируют соответствие заводских номеров, указанных в паспортах составных частей, записям в паспорте ИК, а также соответствие типов составных частей допускаемым согласно таблицам 2.1 – 2.6.

6.3.2 Проверку составных частей ИК выполняют согласно документу на поверку каждой составной части.

6.3.3 Подтверждение соответствия ПО выполняют на основании сведений, содержащихся в паспорте ИК и паспорте корректора, входящего в состав ИК. Контролируют соответствие идентификационных данных ПО (номер версии и контрольная сумма), указанных в паспорте корректора, записям в паспорте ИК.

¹ Только для составной части, подвергшейся ремонту.

6.4 Оформление результатов

В свидетельство о поверке или в паспорт ИК, в раздел "Сведения о поверке", заносят результаты поверки с указанием даты ее проведения; запись удостоверяют подписью поверителя.

Знак поверки наносят на паспорт и (или) на свидетельство о поверке ИК.

Результаты поверки составных частей ИК оформляют согласно указаниям в их методиках поверки.

7 Транспортирование и хранение

Транспортирование ИК в транспортной таре допускается проводить любым транспортным средством с обеспечением защиты от атмосферных осадков и брызг воды.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: (95±3) % при 35 °C и более низких температурах;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- удары (транспортная тряска): (1000±10) ударов с ускорением 98 м/с², частота 2 Гц.

Условия хранения ИК в транспортной таре соответствуют условиям транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Приложение А

Основные характеристики преобразователей

A.1 Преобразователи расхода

Режимы работы преобразователей должны выбираться таким образом, чтобы относительная погрешность измерений объемного расхода (объема) в зависимости от класса ИК, в которых они применяются, в рабочих режимах и с учетом влияющих факторов условий эксплуатации не превышала $\pm 0,75\%$ для класса Б, $\pm 1\%$ для класса В и $\pm 2\%$ для класса Г.

Значения характеристик преобразователей расхода в таблицах А.1 и А.2 даны для справки; они могут отличаться от приведенных в эксплуатационной документации преобразователей и не предназначены для использования в расчетах.

Таблица А.1 – Тахометрические преобразователи расхода

Тип преобразователя	DN		Gmax/Gmin	
	DNmin	DNmax	при DNmin	при DNmax
СГ	80	200	160/8	4000/200
СТГ	50	150	100/2	1600/20
РСГ	50	100	100/0,5	400/2
RVG	50	150	100/1	650/6,5
DELTA	25	150	25/0,3	1000/10
TZ/FLUXI	50	500	100/5	10000/500

Таблица А.2 – Вихревые преобразователи расхода

Тип преобразователя	DN		Qmax/Qmin	
	DNmin	DNmax	при DNmin	при DNmax
YEWFLO DY	15	300	28,4/0,7	11340/1417
PROWIRL	15	300	88,2/4,9	33048/1944
OPTISWIRL 4070	15	300	117,9/6,7	24057/1378
ЭВ-200	15	100	11,8/4,5	706/80
ДРГ.М	50	200	80/2	10000/250
PRO-V	15	1800	10,6/4	152700/9160
ИРВИС-К300	50	300	250/12	12000/200

A.2 Преобразователи давления и разности давлений

Приведенная к верхнему пределу измерений погрешность преобразователей давления в зависимости от класса ИК, в которых они применяются, в рабочих режимах и с учетом влияющих факторов условий эксплуатации не должна превышать $\pm 0,25\%$ для класса Б, $\pm 0,55\%$ для классов В и Г.

Приведенная к верхнему пределу измерений погрешность преобразователей разности давлений в рабочих режимах и с учетом влияющих факторов условий эксплуатации не должна превышать $\pm 0,9\%$.

Должны применяться преобразователи с выходным сигналом постоянного тока 4–20 мА.

A.3 Преобразователи температуры

Абсолютная погрешность преобразователей не должна превышать $\pm(0,15+0,002 \cdot |t|)^\circ\text{C}$.

Должны применяться преобразователи с характеристиками Pt100 и 100П.

Схема подключения преобразователей – четырехпроводная.

Лист регистрации изменений