

Поверка

осуществляется в соответствии с документом 49501860.3.0009МП "Преобразователи измерительные переменного тока Е842А, Е842С. Методика поверки", согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 20.11.2001.