

Поверка

осуществляется по документу ТНСК.418111.020 РЭ, Раздел 8 «Поверка прибора», согласованному ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ 10.12.2009 г. и входящему в комплект поставки.