

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

Утвержденного типа стандартный образец состава растворов перхлората аммония (комплект ПХА)

ГСО 9684-2010

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: Техническое задание, утвержденное 21.06.2010 г
Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец не реже:
один раз в пять лет

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное производство периодически повторяющимися партиями

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: партия № 1, 15.10.2010 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: градуировка средств измерений при измерениях содержания перхлората аммония в объектах окружающей среды по МУК 4.1.010-05, МУК 4.1.016-04 и другим методикам измерений; контроль погрешности методик измерений содержания перхлората аммония; аттестации методик измерений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: экология, здравоохранение, научные исследования

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:
на методы измерений (анализа, испытаний): МУК 4.1.010-05; МУК 4.1.016-04; РМГ 76-2004; РМГ 61-2003.

ОПИСАНИЕ: материал стандартных образцов представляет собой растворы перхлората аммония в дистиллированной воде, расфасованные не менее чем по 5 см³ в стеклянные ампулы с этикеткой по ГОСТ 8.315-97. Экземпляры комплекта ГСО упакованы в картонные коробки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

аттестуемая характеристика - массовая концентрация перхлората аммония, мг/см³

Индекс СО	Номинальное аттестованное значение	Допускаемое значение относительной погрешности аттестованного значения при P=0,95, %
ПХА-1	1	± 3
ПХА-2	0,1	± 3
ПХА-3	0,01	± 3

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 1 год

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: Федеральное государственное учреждение науки «Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУН НИЦ ТБП ФМБА России).
ул. Ленина, д. 102А, пос. Большевик, Серпуховской район, Московская область, 142253

ИЗГОТОВИТЕЛИ: Федеральное государственное учреждение науки «Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУН НИЦ ТБП ФМБА России).
ул. Ленина, д. 102А, пос. Большевик, Серпуховской район, Московская область, 142253

ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», ул. Добролюбова, 14, г. Санкт-Петербург, 197198

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

« ____ » _____ 2010г.

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи

подпись

М.п.