

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора

Главного органа ГССО

Медведевских С.В.

2008 г.

МП

**СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА И
СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО
ЕРУНАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ГСОУ-03)**

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО **9026-2008**
Взамен ГСО 7459-98

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: партия СО выпущена по техническому заданию, утвержденному в 1998г с изменением № 1, утвержденным в апреле 2008г форма выпуска –единичное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ СО: партия №1, апрель 2008 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава и свойств угля каменного.

Область применения: геология, охрана окружающей среды, угольная промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методы измерений:

ГОСТ 8606-93, ГОСТ 11022-95.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природного материала угля каменного Ерунаковского месторождения в виде порошка фракции 0,2 мм, расфасованного по 80-85 г в герметичные полиэтиленовые флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№№ п/п	Аттестованная характеристика	Обозначени е единицы физической величины.	Аттестованное значение СО	Абсолютная погрешность* аттестованного значения СО при P=0,95
1	Зольность (A^d)	%	22,97	0,22
2	Массовая доля серы общей (S_t^d)	%	0,54	0,02


Срок годности экземпляра СО: 5 лет

**РАЗРАБОТЧИК СО И
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:**

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»
Россия 654006 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Орджоникидзе, 9

Генеральный директор ОАО «ЗСИЦентр»

А.Н. Чиркин



Кур