

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. руководителя Научного
методического центра ГССО
С.В. Медведевских
« 29 » 10 2010 г.

М.П.

Государственный стандартный
образец состава меди
(LECO 501-149)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8683-2005

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 21.03.2005 и техническая документация фирмы LECO Corporation (США). Форма выпуска - серийное производство периодически повторяющимися партиями.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для градуировки средств измерений и контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяющих анализаторы кислорода фирмы LECO, для поверки, испытания с целью утверждения типа средств измерений (анализаторов кислорода) фирмы LECO.

Область применения: металлургия

ОПИСАНИЕ: материал экземпляра СО изготовлен в виде 1 граммовых медных цилиндров, расфасованных по 100 грамм в стеклянные банки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО – массовая доля кислорода, %.

Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность указаны в таблице.

Таблица. Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность.

Номер СО по каталогу фирмы LECO	Допускаемый диапазон аттестованных значений аттестуемой характеристики, %	Допускаемая абсолютная погрешность аттестованного значения, %
501-149	0,05-0,07	0,001

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: апрель 2008 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: фирма LECO Corporation, США.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИМПОРТЕР: ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.4, корп. 1.

Генеральный директор
ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»



П.В.Макаров

Макаров