

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного  
органа ГССО  
С. В. Медведевских



2007г.

Стандартный образец массовой  
доли хлора в твердой основе  
(СРМ-108)

ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
ГСО  
Регистрационный номер  
ГСО 6616-93

**НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА:** техническое задание на разработку СО,  
утвержденное 24.08.88г. Форма выпуска - единичное производство. Партия СО №1  
выпущена в декабре 1992г.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** стандартный образец предназначен  
для настройки, испытаний, и поверки рентгеноспектральных аппаратов типа СРМ-25 и  
других аналогичных типов в цветной и черной металлургии, цементной, стекольной,  
химической промышленности и др. отраслях.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,** определяющие необходимость применения СО:  
МИ 1684-87

**ОПИСАНИЕ:** стандартные образцы изготавливаются в виде таблеток диаметром  
(40±1,0) мм и высотой (5±0,15) мм. СО могут быть изготовлены других размеров -  
диаметром (32±0,1) мм и (52±0,1)мм. Основой изготовления СО является борная кислота  
ЧДА. СО упаковываются в пластмассовые пеналы с этикеткой по ГОСТ 8.315-97. Количество  
СО в комплекте соответствует договору поставки.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика – массовая доля хлора.

Аттестованное значение СО -1,00%.

Погрешность аттестованного значения ( при доверительной вероятности 0,95), не превышает  
0,08 %.

Срок годности экземпляра СО: не ограничен

**РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:** Закрытое акционерное общество  
«Научприбор», 302020,г. Орел, Наугорское шоссе, 40.



Генеральный директор ЗАО «Научприбор»

А.Н.Пахомов

*Удостоверено*  
26.10.2007