

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ЧЕРНОВОГО МОЛИБДЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА РУДЫ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ

ГСО 5910-91

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: техническое задание, утвержденные в 1989 г.

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА, ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры № 1 - № 190, декабрь 1990 г.

Назначение: аттестация методик измерений при определении состава молибденовых концентратов и промпродуктов химическими, физическими и физико-химическими методами анализа, контроль точности методик измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** вне сферы государственного регулирования;
- **область применения:** металлургия, геология.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение СО:

- **на методы измерений (анализа, испытаний):** Инструкции НСАМ № 155-ХС-1, № 119-Х, №352-Х, 197-Х, №138-Х, №487-ХС, аттестованные методики измерений.

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой порошок с крупность частиц не более 0,074 мм изготовлен из чернового молибденового концентрата медно-молибденовой руды, расфасованный в полиэтиленовые пакеты по 100г, запаянные и снабженные этикеткой.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элементов, в процентах, (Re в млн⁻¹, г/т)
(в расчете на материал, высушенный при 105⁰С):

Наименование компонента	Аттестованное значение в процентах (Re в млн ⁻¹ , г/т)	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения при $P=0,95$, $\pm\Delta$ в процентах, (Re в млн ⁻¹ , г/т)
Медь	4,22	0,07
Цинк	0,077	0,005
Свинец	0,148	0,006
Молибден	6,93	0,28
Сера	33,65	0,26
Оксид фосфора	0,209	0,012
Оксид кремния	17,72	0,17
Рений	27,8	2,5

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: не ограничен.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки СО.

РАЗРАБОТЧИК: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», (ЗАО «РАЦ МИА»),
199106, г.Санкт-Петербург, 24 линия, д.3-7.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Ф.В.Булыгин
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2013 г.