

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 318-73

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ФЕРРОТИТАНА (222-в)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферротитана марки ТИ2 (ГОСТ 4761-67) в соответствии с ГОСТ 14250.0-69 - ГОСТ 14250.9-69.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.11.1982

Описание СО:

материалом СО является ферротитан марки ТИ2 (ГОСТ 4761-67). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
222-в	C	0.030	%	0.001	A
222-в	Mn	1.00	%	0.01	A
222-в	Si	4.77	%	0.02	A

222-В	P	0.023	%	0.001	A
222-В	S	0.012	%	0.001	A
222-В	Cr	0.228	%	0.006	A
222-В	Zr	0.009	%	0.002	A
222-В	V	0.286	%	0.007	A
222-В	Mo	0.037	%	0.004	A
222-В	Cu	1.52	%	0.02	A
222-В	Al	8.25	%	0.05	A
222-В	Ti	29.12	%	0.09	A
222-В	Sn	0.030	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.