

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 523-74

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ - ФТОРОПЛАСТ-4
Назначение СО:

СО предназначен для поверки установок с коаксиальным подключением образца с волновым сопротивлением 75 Ом. Внешний диаметр тракта 24 мм, внутренний диаметр 6.87 мм.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.03.1994

Описание СО:

материалом СО является фторопласт. СО выполнен в виде коаксиальной шайбы по ГОСТ 12637-67. Минимальная ширина образца 5 мм, максимальный диаметр равен 15 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
СНИИМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: каждые 3 года переаттестация

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

диэлектрическая проницаемость, относительная единица

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Диэлектрическая проницаемость,		2.047	отн ед-ца	0.026	А

	электрическая емкость					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.98

*** А - абсолютная, О - относительная.