

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 888-76

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (С2)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистой стали (ЧМТУ-1-84-67).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1996

Описание СО:

материалом СО является углеродистая сталь (ЧМТУ-1-84-67). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| С2 | С | 0.013 | % | 0.001 | А |
| С2 | Mn | 0.014 | % | 0.001 | А |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|--------|---|
| C2 | Si | 0.0046 | % | 0.0002 | A |
| C2 | P | 0.0034 | % | 0.0001 | A |
| C2 | S | 0.021 | % | 0.001 | A |
| C2 | Cr | 0.030 | % | 0.001 | A |
| C2 | Ni | 0.094 | % | 0.002 | A |
| C2 | Cu | 0.163 | % | 0.002 | A |
| C2 | As | 0.011 | % | 0.001 | A |
| C2 | N | 0.0037 | % | 0.0003 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.