

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 923-76

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО (449)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугуна литейного (ГОСТ 4834-49).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.1996

Описание СО:

материалом СО является чугун литейный (ГОСТ 4834-49). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
449	C	3.22	%	0.02	A
449	Mn	0.64	%	0.01	A

449	Si	0.64	%	0.01	A
449	S	0.022	%	0.001	A
449	P	0.226	%	0.003	A
449	Cr	0.118	%	0.003	A
449	Ni	0.048	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.