

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1223-77/1225-77

Количество СО в комплекте: 3

**Наименование СО:** СО ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕДИ В СТАЛЯХ, ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ И НИКЕЛЕМ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ, ТИТАНОМ И НИОБИЕМ (22С)

**Назначение СО:**

СО предназначены для точности результатов измерений меди в стандартных образцах состава сталей, легированных хромом и никелем, не легированных вольфрамом, титаном и ниобием.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.06.1987

**Описание СО:**

комплект включает 3 СО, материалом СО является сталь, легированная хромом и никелем, не легированная вольфрамом, титаном и ниобием. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью (50-100) мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание меди, %

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
22С1	Сu	0.164	%	0.003	А
22С2	Сu	0.691	%	0.005	А
22С3	Сu	2.84	%	0.01	А

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.