

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1477-78

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С15)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 14959-69) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12350-66, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12355-66

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.08.1988

**Описание СО:**

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 14959-69). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С15	С	0.593	%	0.004	А

C15	Mn	0.872	%	0.006	A
C15	Si	1.71	%	0.01	A
C15	P	0.026	%	0.001	A
C15	Ni	0.081	%	0.003	A
C15	S	0.020	%	0.001	A
C15	Cr	0.206	%	0.001	A
C15	Cu	0.176	%	0.002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.