

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 08.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 7294-96

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МОЛОКА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО (МСО-01)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля показателей точности измерений (анализов), в том числе арбитражных, выполненных по ГОСТ 23621-79, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26934-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 29247-91, ГОСТ 23327-78, ГОСТ 26935-86, ГОСТ 8764-73, ГОСТ 13496.15-85, ГОСТ 29248-91, Стандарт ММФ 95А:1984, Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье, М.,92.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 24.09.2006

Описание СО:

материалом СО является молоко сухое обезжиренное, расфасованное по 100 г в герметично упакованные пакеты из материалов, допущенных к применению Минздравом.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЦИНАО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестованной характеристики СО:

массовая доля компонентов, %, млн-1

Индекс	Аттестованная	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
МСО-01	Сырой жир	1.00-2.00	%	0.23-0.27	А
МСО-01	NO ₃ - ион	20.0-350	млн-1	1.5-25	А
МСО-01	Zn	3.0-77	млн-1	0.4-10	А
МСО-01	Cu	0.20-8.8	млн-1	0.03-1.2	А
МСО-01	Fe	2.2-33	млн-1	0.3-4	А
МСО-01	Hg	0.003-1.10	млн-1	0.001-0.22	А
МСО-01	Pb	0.11-3.3	млн-1	0.02-0.7	А
МСО-01	As	0.010-0.66	млн-1	0.002-0.11	А
МСО-01	Cd	0.10-0.55	млн-1	0.02-0.11	А
МСО-01	Sn	0.44-0.81	млн-1	0.06-0.11	А
МСО-01	Ni	0.10-1.0	млн-1	0.05-0.2	А
МСО-01	Cr	0.10-0.50	млн-1	0.04-0.13	А
МСО-01	Белок	28.70-41.50	%	0.02	А
МСО-01	Лактоза	44.00-62.00	%	0.13-0.33	А
МСО-01	Жир	1.00-2.00	%	0.33	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.

Наименование аттестованной характеристики СО:
кислотность, град. Тернера

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Кислотность		10.00-25.00	град. Тернера	0.17	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.