

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 17.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2645-83

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ШЛАКА ТИТАНОВОГО

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа шлака титанового (ТУ 48-10-31-78 Шлак титановый. Союзредмет) на аттестованные компоненты.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1997

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

Институт титана

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	MgO	(0.46)	%		
01	TiO ₂	85.19	%	0.96	A
01	SiO ₂	2.88	%	0.10	A
01	Al ₂ O ₃	3.28	%	0.07	A

01	Cr2O3	0.76	%	0.06	A
01	Fe	3.69	%	0.06	A
01	V2O5	0.31	%	0.02	A
01	MnO	0.85	%	0.01	A
01	S	0.12	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.