

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2441-82/2444-82

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО ВЛАЖНОСТИ СЫРЬЯ ЛЬНА (комплект ВЛК)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки влагомеров сырья льна ВЛК-1 при их выпуске из производства и в процессе эксплуатации.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.08.2000

Описание СО:

СО представляют собой блоки с размерами (200 x 25 x 75) мм, изготовленные из полистирола ПСМД (ГОСТ 20282-74) и фторопласта-4 (ГОСТ 10007-80Е), а также блоки на основе ЭД-16 с металлическими наполнителями. Комплект СО включает 4 типа стандартных образцов, отличающихся по цвету.

Страна изготовитель ГСО: Грузия, Россия

Изготовитель(и):

СКБ ПРОЕКТПРИБОР
Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 2 года с ежегодной аттестацией

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

влажность имитируемая, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

					$\pm\Delta^*$	
01	Имитируемая влажность		11 - 15	%	0.5	A
02	Имитируемая влажность		18 - 22	%	0.5	A
04	Имитируемая влажность		26 - 30	%	0.5	A
03	Имитируемая влажность		18 - 30	%	0.5	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** A - абсолютная, O - относительная.