

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 648-85П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА СПОДУМЕНОВОГО
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава концентрата сподуменового.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.05.1995

Описание СО:

материалом СО является концентрат сподуменовый. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в склянки с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Забайкальский ГОК

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
	Li ₂ O	4.85	%	0.05	A
	Na ₂ O	1.16	%	0.03	A

	K2O	0.58	%	0.02	A
--	-----	------	---	------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.