

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4217-88

Количество СО в комплекте: 10

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ
СЕРЕБРЯННОГО ПОКРЫТИЯ НА КОВАРЕ, комплект ППТ-2-СР/К

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий выборочного контроля по ГОСТ 22555-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1998

Описание СО:

комплект состоит из 10 СО с покрытием и образца из сплава 29НК (ковара) по ГОСТ 14082-78. Все образцы имеют форму диска диаметром не более 30 мм и высотой не менее (6.0 ± 0.3) мм.

Страна изготовитель ГСО: Латвийская Республика

Изготовитель(и):

ИН-Т РАДИОИЗОТОПН. ПРИБОРОСТР.

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет с аттестацией раз в 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность покрытия, г/м²

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

ПТТ-2- СР/К	Поверхностная плотность покрытия		5 - 400	г/м2	5	О
----------------	--	--	---------	------	---	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.