

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4488-89/4495-89

Количество СО в комплекте: 8

Наименование СО: СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ (комплект № 39)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры при анализе алюминия высокой чистоты (ГОСТ 11069-74) и контроля точности результатов химического анализа по ГОСТ 12697.2-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

комплект включает 8 СО. СО изготовлены в виде стержней диаметром 8 мм, длиной 110 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВАМИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элемента, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
01	Mg	0.00085	%	0.00009	A

02	Mg	0.0007	%	0.0001	A
03	Mg	0.0017	%	0.0001	A
04	Mg	0.00185	%	0.00017	A
05	Mg	0.0009	%	0.0001	A
06	Mg	0.0036	%	0.0003	A
07	Mg	0.0047	%	0.0002	A
08	Mg	0.0081	%	0.0003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.