

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5084-89

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА АЗОТНОКИСЛОГО КАЛИЯ (СО-0,1)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки нитратометров НМ-002 и канцентратометров ИКИ-003 органами Государственной и ведомственной метрологических служб.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1994

Описание СО:

СО представляет собой водный раствор азотнокислого калия по ГОСТ 4217-77. СО фасуются во флаконы из стекла или полиэтилена емкостью (30-50) мл.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация азотнокислого калия, моль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
СО-0,1	KNO ₃	0.0995 - 0.1005	моль/дм ³	0.05	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.