

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5477-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ (20)
Назначение СО:

СО предназначен для поверки и аттестации ионоселективных электродов с амониевой функцией, градуировки ионометров, аттестации методик выполнения измерений и для контроля правильности результатов анализа водных растворов, содержащих ионы аммония.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1995

Описание СО:

СО изготовлен в виде водного раствора хлорида аммония (ГОСТ 3773-72), расфасованного в стеклянные или полиэтиленовые флаконы по (50, 100, 200, 250, 500) см³.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):
НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
молярная концентрация ионов аммония, моль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
20	NH ₄ - ион	0.995 - 1.005	моль/дм ³	< 0.5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.