

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 01.07.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5418-90/5423-90

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО ЗОЛЬНОСТИ УГЛЯ (комплект ЗУП)

Назначение СО:

СО предназначены для первичной поверки при выпуске из производства, аттестации и периодической поверки при выпуске из производства, аттестации и периодической поверки при эксплуатации радиоизотопных приборов для контроля зольности угля типа РПЗ-Э, выпускаемых по ГОСТ 26219-84.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

СО изготовлен на основе графита, песка кварцевого и смолы эпоксидной. СО представляет собой плоскопараллельный диск диаметром $(70,0 \pm 0,5)$ мм и высотой (20 ± 1) мм. Комплект состоит из 6 образцов.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

КОМПЛЕКСНЫЙ НИ и ПК ИОТТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

зольность, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm \Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	--	-----

01	Зольность	4.96	%	0.16	A
02	Зольность	9.92	%	0.16	A
03	Зольность	19.72	%	0.16	A
04	Зольность	29.60	%	0.16	A
05	Зольность	49.38	%	0.21	A
06	Зольность	68.92	%	0.28	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.