

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5238-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки, аттестации, поверки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоколориметров) и контроля правильности результатов анализа различных типов вод на аттестованный элемент спектрофотометрическим методом.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде солянокислого раствора NH_4Cl (ГОСТ 3773-72), расфасованного в стеклянные ампулы по 6 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов аммония, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	NH_4 - ион	0.95-1.05	мг/см ³	1.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.