

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5161-90

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МАГНИЯ ПЕРВИЧНОГО ТИПА Мг 96

Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа магния (ГОСТ 804-72).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде гранул, расфасованных в стеклянные банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

Институт титана

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Fe	0.0020	%	0.0004	A
01	Si	0.0024	%	0.0005	A
01	Ni	0.00111	%	0.00013	A
01	Cu	0.00050	%	0.00008	A

01	Al	0.0031	%	0.0004	A
01	Mn	0.0024	%	0.0002	A
01	Ti	0.0055	%	0.0005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.