

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 5961-91/5963-91

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ДИГИДРОФОСФАТА КАЛИЯ (комплект ДФ)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоэлектроколориметров и др.), используемых для измерения молярной концентрации общего и неорганического фосфора в биологических жидкостях.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

комплект включает 3 СО. СО изготовлены в виде раствора дигидрофосфата калия квалификации "ОСЧ 6-3" (ТУ 6-09-4138-75) в дистиллированной воде, расфасованного в стеклянные ампулы емкостью 2 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

МОСКОВСКОЕ ПРЕД-Е ПО ПР-ВУ БАКПРЕПАРАТОВ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация фосфора, моль/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

ДФ-1	Р	$(0.9-1.5) \cdot 10^{-3}$	моль/дм ³	2	О
ДФ-2	Р	$(2.5-3.5) \cdot 10^{-3}$	моль/дм ³	2	О
ДФ-3	Р	$(4.0-5.0) \cdot 10^{-3}$	моль/дм ³	2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.