

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 4439-91П/4442-91П

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА ЖИДКИХ ПАРАФИНОВ

Назначение СО:

СО предназначены для контроля точности результатов измерений массовой доли н-алканов в жидких парафинах (ТУ 38-101856-84).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

комплект включает 4 СО. СО изготовлены в виде смесей жидких парафинов фракционного состава (200 ... 320) град. Цельсия (473 ... 593) К, содержащих гомологический ряд н-алканов C9 ... C21, расфасованных в стеклянные ампулы емкостью 5 см³ - 10 см³.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ГрозНИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля н-алканов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

ПС-1	н-алканы	99.4 - 99.6	%	0.1	А
ПС-2	н-алканы	98.9 - 99.1	%	0.1	А
ПС-3	н-алканы	98.5 - 98.8	%	0.2	А
ПС-4	н-алканы	97.8 - 98.4	%	0.2	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.